



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce: *M*.....03.2021 r.

EZ/ZP/32/2021/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: „Zakup i dostawa ochrony radiologicznej RTG dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Znak sprawy: EZ/ZP/32/2021/MW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 - dot. Formularza asortymentowo-cenowego

Pytanie ogólne dotyczące konstrukcji formularza asortymentowo - cenowego.

W formularzu znajdują się liczby porządkowe wierszy asortymentowych „Lp.” – 1, 5, 6, 7. Proszę o informację,

czy jest to zwykła pomyłka pisarska, czy też wiersze 2, 3, i 4 są ukryte/schowane i nie wyświetlają się poprawnie w naszym programie do edycji plików tekstowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż numeracja wierszy w Formularzu asortymentowo-cenowym jest pomyłką pisarską. Jednocześnie dokonuje poprawienia numeracji i zamieszcza na stronie poprawny Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy po modyfikacji.


Pytanie nr 2 - dot. Formularza asortymentowo-cenowego

Pytanie nr 2, formularz asortymentowo-cenowy, poz. 5

Oslona na tarczycę - Równoważnik 0,5 mm Pb wykonane z lekkiego materiału bezolowiowego

Proszę o doprecyzowanie, który model osłony na tarczycę jest przedmiotem niniejszego postępowania:

- stójka prosta
- stójka ze śliniakiem 8 cm
- stójka ze śliniakiem 12 cm?



Odpowiedź:

Zamawiający, doprecyzowując informuje, iż przedmiotem niniejszego postępowania jest osłona na tarczycę ze śliniakami 8 cm.

Pytanie nr 3 dot. Formularza asortymentowo-cenowego

Pytanie nr 3, formularz asortymentowo-cenowy, poz. 7

Wieszak wzmacniany - Wieszak na 5-8 fartuchów, Mobilny

Wieszaki rtg są dostępne w różnych konfiguracjach, jeżeli chodzi o ilość ramion na fartuchy.

Możemy zaproponować wieszaki mobilne na:

- 5 fartuchów
- 6 fartuchów
- 10 fartuchów.

Biorąc pod uwagę nieprecyzyjne określenie ilości ramion (5 – 8) proszę o wskazanie, który z powyższych modeli spełnia

Państwa wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający, doprecyzowując informuje, iż przedmiotem niniejszego postępowania jest wieszak rtg na 6 ramion.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski