




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 15.03.2021 r.

Znak sprawy: EZ/ZP/35/2021/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) na „Dostawę rękawic medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie:

Prosimy o dopuszczenie rękawic z poziomem AQL=1.5 (*jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa, wymóg ten nie powinien dyskwalifikować produktu który spełnia wymagania norm europejskich*).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rękawice z poziomem AQL=1.5. Pozostałe parametry zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach przesuwa termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na **17.03.2021 r.** godz. 9:00.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Stowińska
INSPEKTOR

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Słobianowski