




Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, *02*.04.2021 r.

Znak: EZ/ZP/38/2021/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na „Zakup i sukcesywną dostawę pomp insulinowych dla III Oddziału Endokrynologiczno-Diabetologicznego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r poz. 2019) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i w Załączniku nr 2b do SIWZ Pakiet nr 2

W miejscu: „Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 40 [oC]” dopuści parametr „Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 37 [oC]”?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza parametr - „Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do +37 [°C]”

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Z-CIA DYREKTORA
ds. leczenia
Krzysztof Bidas