



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)

[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce, dnia *02 04* .....2021r.

EZ/ZP/33/2021/UG

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. Dostawy odczynników, testów, materiałów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach EZ/ZP/33/2021/UG

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1**

Pakiet 2. Testy PCR 2 genowe do wykrywania SARS-CoV-2

„Test wykrywa co najmniej 2 geny wirusa: ORF1ab i S.”

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów wykrywających co najmniej 2 geny wirusa: ORF1ab i N?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 2**

Pakiet 2. Testy PCR 2 genowe do wykrywania SARS-CoV-2

„W skład zestawu muszą wchodzić próbówka z buforem i enzymami, próbówka ze starterami i primerami, próbówka kontrolą wewnętrzną reakcji, próbówka z kontrolą negatywną oraz próbówka z kontrolą pozytywną.”

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści zestaw w którym kontrolę wewnętrzną stanowi wykrycie Ludzkiej RNA-zy P dzięki odpowiednio zaprojektowanym starterom a przez są one zawarte w próbówce ze starterami i primerami?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3**

Pakiet 2. Testy PCR 2 genowe do wykrywania SARS-CoV-2

„Czułość nie gorsza niż 5 kopii/reakcję.”

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści zestaw posiadający czułość nie gorszą niż 9 kopii/reakcję?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*

Dział Zamówień Publicznych  
*mgr Urszula Gierada*

SPECJALISTA

Z-CIA DYREKTORA DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Krzysztof Bidasz* Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych  
tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14  
[urszula.gierada@wszkielce.pl](mailto:urszula.gierada@wszkielce.pl)