



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce dn.02.06.2021 r.

Znak sprawy: EZ/ZP/75/2021/KK

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na sukcesywne wg potrzeb dostawy jednorazowych ostrzy wraz z akumulatorowymi strzygarkami chirurgicznymi z ruchomą głowicą wyposażonych w ładowarki dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Z uwagi na to iż dotychczas były używane w szpitalu strzygarki z ruchomym ostrzem, czy Zamawiający wymaga akumulatorowej strzygarki chirurgicznej z ruchomym 360° ostrzem podczas strzyżenia w wielu płaszczyznach - ostrze zmienia pozycję pod wpływem nacisku na skórę bez potrzeby dotykania ostrza przez operatora ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga strzygarek/golarek chirurgicznych z ruchomym 360° ostrzem podczas strzyżenia.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zintegrowanego pakietu strzygarka/golarka plus ładowarka co pozwoli nam złożyć korzystną ofertę i zminimalizować koszty.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza zintegrowany pakiet i modyfikuje załącznik nr 2 do zaproszenia.

Nowy załącznik nr 2 po modyfikacji został umieszczony na stronie Zamawiającego bip.wszkielce.pl w zakładce Zamówienia do 130.000 złotych w postępowaniu nr **EZ/ZP/75/2021/KK**.

KIELCOWIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szamurski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Krzysztof Krajewski
Starszy inspektor

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/3671269, fax: 41/366-00-14
e-mail: krzysztof.krajewski@wszkielce.pl

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski