



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 28.07.2021r.

EZ/ZP/72/2021/UG

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. Dostawy odczynników, testów, materiałów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach EZ/ZP/72/2021/UG

Na podstawie art. 135 ust. 2 w powiązaniu z art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Zamawiający w odpowiedzi z dnia 22 lipca na pytanie 3, odnosząc się do poprzednio udzielonych odpowiedzi na pytania nr 30, 31 i 31 z dnia 7 lipca, dopuścił dodatkowy aparat lecz nie starszy niż 3 lata. Oferent planuje wykorzystać dodatkowy aparat jedynie do wykonania methotrexatu, którego Zamawiający wykonuje w ilości 150 badań rocznie (badanie co 2-3 dni). Oferent dysponuje aparatem odnowionym, sprawdzonym, w pełni sprawnym, którego rok produkcji to 2011.

W związku z tym zwracamy się prośbą o dopuszczenie dodatkowego aparatu do wykonywania badania methotrexatu, którego wiek nie przekracza 10 lat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza na zaoferowanie dodatkowego aparatu do wykonywania badania methotrexatu, którego wiek nie przekracza 10 lat.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplowski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA