



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, 17.08.2021 r.

Znak: EZ/102/2021/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na zakup i dostawa łóżek elektrycznych z wyposażeniem w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19 na zakup łóżek elektrycznych z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r poz. 2019) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pakiet Nr 1 – Łóżko elektryczne z wyposażeniem – 8 sztuk

Pytanie nr 1 dot. Punkt 7

Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 870mm x 2000mm, nieznacznie różniące się od wymaganego ?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 2 dot. Punkt 10

Czy Zamawiający dopuści szyny nierdzewne mocowane na 40% długości leża oraz dodatkową szyną z haczykami na dodatkowe wyposażenie?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 3 dot. Punkt 14

Czy Zamawiający dopuści brak przechyłu bocznego? Pragniemy zaoferować wszystkie elementy łóżka wykonane z aluminium oraz stali nierdzewnej bez siłowników o konstrukcji kolumnowej. Łóżko pozbawione wszelkich siłowników i kabli w podwoziu gwarantujące stabilność, odporne na mycie i dezynfekcję przez cały okres użytkowania (nielimitowany). Łóżko nie posiada żadnych elementów ze stali lakierowanej, której powłoka mogłaby ulec zniszczeniu podczas eksploatacji. Cała elektronika posiada stopień szczelności IP 66

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4 dot. Punkt 21

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez sterowania nożnego?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 dot. Punkt 24

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez paneli w barierkach? W zamian oferujemy sterowanie za pomocą pilota przewodowego z możliwością umieszczenia go na każdej z barierkach?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 6 dot. Punkt 26

Czy Zamawiający dopuści nieznacznie różniące się obciążenie robocze łóżka o wartości 250 kg?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Pytanie nr 7 dot. Punkt 28

Czy Zamawiający dopuści barierki dwuczęściowe chroniące pacjenta na całej długości wykonane z aluminium i elementów tworzywowych oraz regulowanej wysokości i opuszczaniu bez konieczności wspomaganie pneumatycznego? Barierki boczne mocowane do ramy leża, nie poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Nieposzerzające łóżka w każdym położeniu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 dot. Punkt 29

Czy Zamawiający dopuści jedną zintegrowaną dźwignię od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pakiet nr 2 - Łóżko elektryczne z wyposażeniem – 38 sztuk

Pytanie nr 9 dot. Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami 990 mm, (leże 870mm-2000mm)? Łóżko z wysuniętymi stożkowymi kółkami odbojowymi chroniącymi łóżko podczas transportu o całkowitym rozstawie 1025 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 10 dot. Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości 370 mm – 760 mm? Wymagania przedstawione w Opisie Przedmiotu Zamówienia uniemożliwiają wybór oferty konkurencji. Oczekiwanie tak dużej wysokości w praktyce nie jest wykorzystywane przez personel szpitala. Biorąc pod uwagę wysokość materaca oraz ciała pacjenta uniemożliwia to ergonomiczną pracę personelu, który musiałby osiągać wzrost powyżej 200 cm. Dopuszczenie do możliwości nadmiernego unoszenia leża w łóżku szpitalnym może spowodować utratę stabilności oraz w konsekwencji doprowadzić do incydentu medycznego z winy personelu medycznego.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11 dot. Punkt 20

Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka o nowocześniejszej i lżejszej konstrukcji całkowicie z tworzywa bez miejsc łączenia i klejenia. Łatwe do mycia i dezynfekcji. Prosimy o odstąpienia przyznawania dodatkowej punktacji w zakresie wykorzystania deski do reanimacji gdyż obecnie tego typu zabiegi odbywają się za pomocą defibrylatora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza parametry dot. szczytów łóżka. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 12 dot. Punkt 21

Czy Zamawiający dopuści Łóżko wyposażone w cztery niezależne, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta, zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52., chroniące pacjenta na całej długości. Wysokość barierki bocznych zabezpieczająca pacjenta na wysokości 40 cm.

Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Bez konieczności stosowania dodatkowych listew odbojowych. Posiadające 2 uchwyty umożliwiające powieszenie drenażu lub worków urologicznych. Zamawiający oczekuje tego typu barierki w Zadaniu nr 1.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13 dot. Punkt 26

Czy Zamawiający dopuści nieznacznie różniące się dopuszczalne obciążenie o wartości 250 kg? 10 kg różnica nie ma wpływu na użytkowanie łóżka.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pakiet nr 2 – Łóżko elektryczne z wyposażeniem – 38 sztuk.

Pytanie nr 14 dot. Pkt.8 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o podanych wymiarach zewnętrznych, z leżem o wymiarach 880 x 2000 mm.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 15 dot. Pkt.10 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka ze szczelnością układu elektrycznego IPX4.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 16 dot. Pkt.11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka o klasie izolacji: I - TYP: B, wyposażone w złącze ekwipotencjalne, URZĄDZENIE MEDYCZNE, KLASA I, ZGODNE Z UE DYREKTYWA 93/42 / CEE, ZMODYFIKOWANA DYREKTYWĄ 2007/47 / CE. Proces produkcyjny zgodny z certyfikatem ISO 9001, ISO 13485 i ISO 14001.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17 dot. Pkt.12 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z regulacjami: oparcia pleców w zakresie 0 ° - 65 °, zginanie kolana: 0 ° - 30 ° oraz segmentu nóg: -10 ° - + 10 ° (w stosunku do poziomu).

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18 dot. Pkt.13 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka w zakresie 410-810 mm.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19 dot. Pkt.15 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez konieczności programowania pozycji za każdym razem, ponieważ na panelu sterującym są czytelne przyciski do obsługi pomagające personelowi w szybki i przejrzysty sposób w obsłudze łóżka, co jest ważne szczególnie w sytuacjach krytycznych, gdzie liczy się każda sekunda przy ratowaniu życia pacjenta. Czy Zamawiający będzie punktował takie rozwiązanie, które jest lepsze i prostsze – w ilości 10 punktów.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się takie rozwiązanie. Reszta parametrów bez zmian.

Pytanie nr 20 dot. Pkt.20 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka ze szczytami wykonanymi z polipropylenu z wkładkami wspierającymi ze stali nierdzewnej umożliwiające zaczepienie na nim panelu dla personelu i - w razie potrzeby - jednoczesne umiejscowienie kompresora materaca powietrznego i półki monitora. Szczyty osadzone w dedykowanych gniazdach. Można je łatwo usunąć dzięki dźwigni umieszczonej w położeniu środkowym. Szczyty łóżek zawierają również automatyczną blokadę bezpieczeństwa po włożeniu, aby zapobiec ich wypadaniu. Szczyty łatwodemontowalne, z szybkim dostępem do pacjenta w czasie resuscytacji, bez konieczności stosowania ich jako przedłużenie leża do wykonywania zdjęć, leże przezierne dla promieni RTG bez potrzeby przesuwania pacjenta w celu wykonania zdjęcia, a tym samym uniknięcia ryzyka przed urazami personelu i pacjenta.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21 dot. Pkt.21 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka wyposażonego w barierki wykonanych z epoksydowanych, stalowych rurek z powłoką na bazie jonów srebra, co niweluje namnażanie się drobnoustrojów chorobotwórczych. Barierki chroniące pacjenta na ¾ długości leża o wysokości 41 cm, zgodnie z normą bezpieczeństwa CEI EN 60601-2-52, bez konieczności stosowania tworzywowych listew odbojowych, ponieważ łóżko posiada odbojniki w każdym narożu.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22 dot. Pkt.21 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka wyposażonego w składane 4 sekcyjne barierki boczne z polipropylenu. Konstrukcja segmentów gwarantuje pacjentowi wysokość zabezpieczenia 41 cm nad platformą materaca i daje całkowitą ochronę pacjenta na całej długości łóżka, zgodnie z normą CEI EN 60601-2-52.

Pytanie nr 23 dot. Pkt.22 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka bez półki na pościel.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24 dot. Pkt.22 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z półką na pościel o dużej obciążalności dostosowanej do wagi pościeli.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 25 dot. Pkt.24 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka wyposażonego w lepsze, trwałe oraz zintegrowane z leżem uchwyty materaca nie powodujące urazów podczas przemieszczania pacjenta np. z łóżka na łóżko.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26 dot. Pkt.27 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka z wypełnieniem szczytów z pośród 7 dostępnych kolorów.



Zdjęcie poglądowe.



Blu Iris cod: 430



Blu Zaffiro cod: 484



Lilla Erica cod: 425



Verde Erbetta cod: 460



Arancione cod: 861



Giallo cod: 862



Bianco cod: 810

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Dotyczy: Pakiet nr 2 - Łóżko elektryczne z wyposażeniem – 38 szt.

Pytanie nr 27 Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści podstawę łóżka pantograf podpierającą leże w 4 punktach, gwarantującą stabilność leża?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 28 Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści długość całkowitą łóżka 2230 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 29 Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści leże o wymiarach pod materac 850 x 2000 mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 30 Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania gniazda wyrównania potencjału?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 31 Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg norm stosowanych przez danego producenta, bez dołączania protokołu z badań przy dostawie produktu?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32 Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu oparcia pleców 0° – 65° (+/- 5°)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 33 Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści elektryczną regulację kąta przechyłu Trendelenburga 0° – 13° (+/- 2°)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 34 Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści regulację segmentu podudzia ręczną, sprężyną gazową?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35 Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie od 410 mm do 815 mm (+/- 10 mm)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 36 Czy (w pkt. 15) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterujący podwieszany pod półką do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka; panel wyposażony w pojedyncze zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych – możliwość selektywnej blokady funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR), zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie; panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji autokontur, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego; posiada również optyczny wskaźnik sygnalizujący proces ładowania akumulatora (bez wskaźnika podłączenia do sieci)?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 37 Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), dźwignia umieszczona pod segmentem oparcia pleców oznaczona kolorem pomarańczowym?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 38 Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści leże w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV, płyty odedjmowane bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 39 Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści szczyty łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, odedjmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 40 Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w opuszczane, tworzywowe bariereki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości z wolną przestrzenią pomiędzy szczytem a bariereką w przypadku wydłużenia leża (nie zintegrowane ze szczytem łóżka) spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu bariereki 43 cm; krążki odbojowe w narożnikach leża chroniące łóżko przed uderzeniami?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41 Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe uchwyty materaca (nie elastyczne) przy dwóch segmentach leża, dostosowane się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn?


Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 42 Czy (w pkt. 25) Zamawiający dopuści podstawę łóżka jezdną, wyposażoną w koła o średnicy 150 mm, w tym jedno antystatyczne (kierunkowe), z centralną blokadą oraz blokadą kierunkową?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43 Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie 250 kg?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



PAKIET NR 2

Łóżko elektryczne z wyposażeniem – 38 szt.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne z wolną przestrzenią pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynoszącą 120 mm umożliwiającą łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



Pytanie nr 45

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne posiadające leże o wymiarach 2000 x 850 mm? Parametr ten w nieznacznym stopniu odbiega od wymaganego w SWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 46 Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne posiadające regulację wysokość w zakresie 350 mm – 810 mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 47 Opis przedmiotu zamówienia nie określa konstrukcji łóżka. Czy zatem, aby otrzymać oferty łóżek spełniających wszelkie kryteria nowoczesności i bezpieczeństwa, Zamawiający wniesie wymóg takiej konstrukcji łóżka, w której rama ukryta jest pod segmentami leża (tzw. rama wewnętrzna)? Uzasadnienie: W tym rozwiązaniu rama, ponieważ znajduje się pod segmentami leża, nie poszerza sztucznie łóżka i nie tworzy z leżem bardzo niebezpiecznego mechanizmu „nożyc” mogących zmiażdżyć rękę, jeśli znajdzie się ona przypadkowo na ramie w chwili gdy ktoś obniży segment oparcia pleców.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 48

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne posiadające podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji w postaci pokrętła oraz klapki na panelu sterującym?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z panelem sterującym, wyposażonym w pokrętła selektywnie blokujące daną funkcję elektryczną (rozwiązanie bardzo bezpieczne, pewne i powszechnie stosowane)?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 50 Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko nie posiadające przycisku świadomego użycia?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 51 Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z możliwością blokowania poszczególnych funkcji oprócz funkcji ratujących życie, funkcje blokowane poprzez pokrętła.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 52 Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko uniwersalne.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga łóżka szpitalnego.

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko nie posiadające optycznego wskaźnika naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 54 Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko posiadające na pilocie optyczny wskaźnik informujący użytkownika iż łóżko jest wpięte do sieci/ możliwość pracy na akumulatorze?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 55 Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko z leżem wypełnionym płytami HPL, odporne na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Pytanie nr 56 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi panelami z ABS?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 57 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z mocowanymi na stałe płytami leża?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 58 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające wypełnienie szczytów płytą HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 59 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty wypełnione płytą HPL lecz bez możliwości wyjęcia wypełnia bez użycia narzędzi?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 60 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w aluminiowe opuszczane barierki boczne niezintegrowane ze szczytami, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, pozostawiające 2-3 centymetrowe wolne przestrzenie pomiędzy szczytem a poręczą tylko w przypadku standardowej długości leża (leże niewydłużone), wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 61 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe lakierowane proszkowo opuszczane barierki boczne niezintegrowane ze szczytami, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, pozostawiające 2-3 centymetrowe wolne przestrzenie pomiędzy szczytem a poręczą tylko w przypadku standardowej długości leża (leże niewydłużone), wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 62 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne z poręczami nie zabezpieczające pacjenta na całej długości leża podczas zastosowania wydłużenia leża?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 63 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka nie posiadające tworzywowych listew na barierkach? Gdyż konstrukcja łóżka jest tak stworzona iż najbardziej skrajnymi elementami w łóżku są krążki odbojowe chroniące łóżko przed otarciami i uszkodzeniami.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 64 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w półkę do odkładania pościeli, wystającą w niewielkim stopniu poza ramę jednak nie wykraczającą poza zewnętrzny obrys łóżka stanowiący przez krążki odbojowe?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 65 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w metalowe (sztywne) uchwyty materaca, zamocowane na stałe, dostosowane do szerokości materaca, nie wystające powyżej powierzchni materaca, tym samym nie zagrażające powstawaniu urazów kończyn?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 66 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w koła o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 67 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 230 kg?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 68 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko szpitalne z wzmocnioną ramą, której dopuszczalne obciążenie wynosi 250 kg?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 69 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z wysuwaną półką na pościel z dopuszczalnym obciążeniem 5 kg?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

SPECJALISTA
mgr Edyta Kuśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplowski