



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 06.09.....2021r.

EZ/ZP/72/2021/UG

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. Dostawy odczynników, testów, materiałów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach EZ/ZP/72/2021/UG

Na podstawie art. 135 ust. 2 w powiązaniu z art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zmianami), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 Dotyczy Załącznika nr 2 do SZW- Formularz asortymentowo-cenowy, pozycja 29: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oznaczania parametru metotrexat na analizatorze immunochemicznym pracującym w Pracowni WZW i HIV wchodzącej w struktury Zakładu Mikrobiologii na terenie Państwa Szpitala? Pełny koszt badania na tym analizatorze byłby wyszczególniony w formularzu cenowym.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2. W przypadku wyrażenia zgody na pytanie nr 1 czy Zamawiający wyraża zgodę aby, w czasie kiedy badanie nie będzie wykonywane, odczynnik był zabierany z pokładu analizatora i przechowywany w lodówce? Jest to badanie wykonywane rzadko (nie codziennie) i takie postępowanie pozwoli przedłużyć stabilność odczynnika i obniżyć koszty.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3. Dotyczy Załącznika nr 2 do SZW- Formularz asortymentowo-cenowy, Parametry wymagane dla odczynników Zamawiający udzielając odpowiedzi w dniu 22.07.2021 r. na pytanie nr 4 wyraził zgodę na zaoferowanie 18 kalibratorów do pojedynczych oznaczeń. Jednakże Zamawiający nie zmienił zapisu w Zał. nr 2 pod tabelą z asortymentem badań, gdzie nadal widnieje zapis „dopuszcza się pojedyncze kalibratory dla nie więcej niż 12 oznaczeń”. Prosimy o korektę tego zapisu na liczbę 18.

Odpowiedz: Zamawiający modyfikuje zapis w Załącznika nr 2 do SWZ- Formularz asortymentowo-cenowy, Parametry wymagane dla odczynników:

Było:

Parametry wymagane do odczynników

Odczynniki do oznaczania AST i ALT metodą z fosforanem pirydoksalu
Multikalibratory dla większości oznaczeń (dopuszcza się pojedyncze kalibratory, dla nie więcej niż 12 oznaczeń)



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Jest:

Parametry wymagane do odczynników

Odczynniki do oznaczania AST i ALT metodą z fosforanem pirydoksalu

Multikalibratory dla większości oznaczeń (dopuszcza się pojedyncze kalibratory, dla nie więcej niż 18 oznaczeń)

Dział Zamówień Publicznych

Urszula Gierada
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

Sebastian Szaniawski
mgr Sebastian Szaniawski

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Dyrektor
Bartłomiej Stemplewski