



Kielce, dnia¹⁸.....10.2021 r.

Znak sprawy: EZ/ZP/124/2021/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 tj.) na **Zakup i sukcesywną dostawę leczniczych i technicznych środków koniecznych do wykonania zabiegów diagnostycznych i leczniczych koronografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 tj.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z wielką prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 24 Torqer dla przewodników min. 0,012" max. 0,025".

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy w zadaniu 30 Zamawiający dopuści cewniki spełniające wymogi SIWZ z zakresem dostępności dwóch rozmiarów 30cc – 40cc ?

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SWZ. Cewnik o minimalnej wielkości 30 cc nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści:

1. Sondy o długości min. 135 cm z możliwością wyboru minimum dwóch sond IVUS z przetwornikiem znajdującym się w odległości 2,5 mm lub 10 mm od końca dystalnego sondy
2. Sondy elektroniczne o profilu wejścia max 0,019" a sondy mechaniczne o profilu wejścia max 0,025".

Pozostałe parametry SIWZ pozostają bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę podpisu elektronicznego, zgodnie z art. 78[1] Kodeksu cywilnego, dla celów podpisania umowy?

Zgodnie z art. 78[1] § 2 Kodeksu cywilnego "oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej". Dopuszczenie takiej formy, oprócz

formy pisemnej, jest również w pełni uzasadnione z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i znacząco przyspiesza proces obiegu dokumentów pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zapewniając jednocześnie jeszcze wyższy niż forma pisemna stopień bezpieczeństwa.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyśle Wykonawcy umowę w formie papierowej jednostronnie podpisaną przez Zamawiającego, natomiast Wykonawca może podpisać umowę przy użyciu podpisu elektronicznego i odesłać przy pomocy środków elektronicznych.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień i komunikowanie się za pośrednictwem faksu? W celu przyspieszenia dostawy towarów do Zamawiającego, są one wysyłane bezpośrednio z zagranicznego magazynu firmy. Dlatego też, najszybszym oraz bezpośrednim środkiem komunikacji jest w tym wypadku poczta elektroniczna.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ Zamawiający dopuszcza możliwość składania zamówień i komunikowanie się za pomocą faksu lub e-mailem (Załącznik nr 3 do SWZ §4 pkt 1)

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SWZ poprzez dodanie w § 7 pkt nr 2 następującej treści:

- 2. Wykonawca zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. 2018, poz. 2191 ze zm), może wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem „Platformy”, a Zamawiający w myśl art. 4 ust. 1 ustawy zobowiązany jest do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem „Platformy” lub w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego*

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje pkt. 3§ 7, który otrzymuje brzmienie:

- 3. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie **60 dni**¹ kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu faktury w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: faktura@wszskielce.pl lub w przypadku ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na „Platformę”.*

Pytanie nr 7

! Dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 24, 27, 28, 29, 30, 34 i 35



W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od daty otrzymania pisemnej reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 8 ust. 2 projektu umowy

Było:

„W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do:

- usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji lub
- przesłania decyzji o odmowie reklamacji z uwzględnieniem powyższych terminów.”

Jest:

„W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do:

- usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji lub
- przesłania decyzji o odmowie reklamacji z uwzględnieniem powyższych terminów.”

Pytanie nr 8

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 2)

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotem dzierżawy – w wysokości **100,00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie towaru**,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotem dzierżawy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **100,00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego/ niezgodnego z umową towaru**,

- d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia, niż gwarantuje wykonawca wg załącznika nr ..., każdorazowo w wysokości **100,00** zł za stwierdzone uchybienie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieprawidłowo wykonanej części umowy.**

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 9

Dot. Pakiet 7 „Zestaw do stentowania trudnych bardzo krętych i zwapniałych zmian”: Zamawiający w pozycji 7b i 7d wymaga niskiego odsetka restenozy charakteryzujący się bezpieczeństwem i skutecznością działania, prosimy o doprecyzowanie czy skuteczność i bezpieczeństwo działania powinna być potwierdzona w badaniu randomizowanym wykazującym superiority w pierwszorzędownym punkcie końcowym TLF w grupie pacjentów STEMI w porównaniu ze stentem typu DES II generacji. TLF (Target Lesion Failure) – punkt końcowy złożony ze śmiertelności sercowo – naczyniowej, zawałów i klinicznie wskazanej powtórnej rewaskularyzacji), co jest wyznacznikiem skuteczności i bezpieczeństwa działania?

Odpowiedź:

Zamawiający, dopuszcza, ale nie wymaga. Wyniki badań Wykonawca wpisuje w rubryce - „wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej” Załącznika nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Pytanie nr 10

Dot. Pakiet 7 „Zestaw do stentowania trudnych bardzo krętych i zwapniałych zmian” pozycja 7b: Ze względu na to, iż Zamawiający wymaga stentów do zastosowania w trudnych bardzo krętych i zwapniałych zmianach prosimy o doprecyzowanie czy oferowany stent powinien mieć wymagane wskazania wpisane w instrukcję obsługi tj. ostre zespoły wieńcowe, zawały z uniesieniem odcinka ST (STEMI), cukrzyce, zmiany złożone typu B2/C, pacjenci z wysokim ryzykiem krwawienia (HBR), długie zmiany (≥ 20 mm), małe naczynia ($\leq 2,75$ mm), choroby wielonaczyniowe (MVD)?


Odpowiedź:

Zamawiający, dopuszcza, ale nie wymaga. Dodatkowe informacje Wykonawca wpisuje w rubryce - „wymienić istotne informacje nie ujęte powyżej” Załącznika nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Pytanie nr 11

Dot. zapisu umowy wg Załącznika 3 do SWZ: Czy Zamawiający w celu miarkowania wysokości kar umownych określonych w § pkt.1 ust. 2 obniży ich wysokość o połowę wg proponowanej treści :

- 2) *Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:*
 - a) *za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,*



- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotem dzierżawy – w wysokości 150,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotem dzierżawy, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia niż gwarantuje wykonawca wg załącznika nr ..., każdorazowo w wysokości 150,00 zł za stwierdzone uchybienie

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 12

Do §3 ust.2 projektu umowy. Prosimy o skrócenie terminu przydatności do 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 13

Do §3 ust.2 projektu umowy. Prosimy o dopisanie:” ...dostawy z krótszym terminem przydatności możliwe za zgodą zamawiającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 14

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. a) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §9 ust.1 pkt 1 lit. a) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 15

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §9 ust.1 pkt 2 lit. b) wzoru umowy w taki sposób, aby kara umowna zastrzeżone na wypadek opóźnienia w realizacji zamówienia była wyłącznie proporcjonalne do wartości części zamówienia zrealizowanej z opóźnieniem - bez sztywnej kary, tj. 300 zł i wynosiła 1% wartości tej części za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Wskazujemy przy tym, że wysokość ww. kary umownej możliwej do naliczenia przez Zamawiającego (300 zł za każdy dzień zwłoki) nie zostaje uzależniona ani od realnej wartości niezrealizowanej terminowo części zamówienia, czy od poniesionej przez Zamawiającego szkody, ani też od żadnych innych obiektywnych czynników. W konsekwencji, taki sposób naliczania budzi zastrzeżenia Wykonawcy z uwagi na fakt, iż może być on dotknięty sankcją nieważności na podstawie art. 353¹ Kodeksu cywilnego - ze względu na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Reasumując, ww. sankcja wynikająca z proponowanej treści umowy nie spełnia zasadniczego celu, dla którego jest wprowadzona i uwzględnia jedynie represyjną funkcję kar umownych. Mając na uwadze powyższe, Wykonawca wnosi o zmianę wspomnianego zapisu, aby był on zgodny z reżimem prawa cywilnego.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 16

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. c) wzoru umowy: Mając na uwadze argumentację jak powyżej prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru pozbawionej wad, braków lub niezgodności z umową, poprzez wprowadzenie kary w wysokości 1% wartości części towaru podlegającego wymianie lub uzupełnieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 17

Do §9 ust.1 pkt 2 lit. d) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego zaproponowanej kary umownej poprzez obniżenie jej wymiaru do wysokości 150,00 zł za stwierdzone uchybienie?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 18

Do §12 ust. 2 lit. a) wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika preparatu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jednocześnie Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach modyfikuje treść § 9 ust. 1 pkt 2 lit.d)

Było:

- 2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
 - za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotem dzierżawy² – w wysokości 300,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
 - za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotem dzierżawy³, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 200.00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
 - w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia niż gwarantuje wykonawca wg załącznika nr ..., każdorazowo w wysokości 300,00 zł za stwierdzone uchybienie

² Dotyczy pakietu nr 34 i 35

³ Dotyczy Pakietu nr 34 i 35



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Jest:

- 2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
 - b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotem dzierżawy⁴ – w wysokości 300,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową lub przedmiotem dzierżawy⁵, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 200,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
 - d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia niż 24 miesiące każdorazowo w wysokości 300,00 zł za stwierdzone uchybienie

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.wszkielce.pl nowy załącznik nr 3 do SWZ pod nazwą Załącznik nr 3 – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego po modyfikacji.

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ poprzez przekazanie w dniu 18.10.2021 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „ogłoszenia o sprostowaniu” w poniższym zakresie:

Zmianie ulegnie treść punktu 31 i 32 Rozdziału I SWZ (Termin składania i otwarcia ofert).

Zmianie ulegnie treść punktu 26 Rozdziału I SWZ (Termin związania ofertą).

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Pzp udostępni zmianę treści SWZ na stronie internetowej bip.wszkielce.pl w dniu 22.10.2021 r. po publikacji ogłoszenia o sprostowaniu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sławomir Szaniawski

Z-CIA DYREKTORA
ds. leczenia
Krzysztof Bittora

⁴ Dotyczy pakietu nr 34 i 35

⁵ Dotyczy Pakietu nr 34 i 35