



EZ/ZP/125/2021/ES

Kielce dn. 21.10.2021r

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) na Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego i Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r poz. 1129) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 89

dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kołder o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- przezierny dla promieni RTG
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych Cocon, WarmTouch, WarmAir, Bair Hugger, Mistral-Air, Equator - system mocowania za pomocą zintegrowanej opaski zapinanej na velcro.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90

dot. Pakietu nr 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie kołdry pod pacjenta o wymiarach 120x100 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Rozmiar kołderki nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Pytanie 91

dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie kołdry o wymiarach 195x100 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Rozmiar kołderki nie spełnia wymagań Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Edyta Stęfańska
inspektor

Dział Zamówień Publicznych
tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14
edyta.stefanska@wszkielce.pl