



Kielce, dnia²¹.....10.2021 r.

Znak sprawy: EZ/ZP/124/2021/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 tj.) na **Zakup i sukcesywną dostawą leczniczych i technicznych środków koniecznych do wykonania zabiegów diagnostycznych i leczniczych koronografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 tj.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dot. Zadanie 35 – Zestaw: sondy do badania IVUS i przewodniki do pomiaru gradientu przeżwężeniowego /FFR/ wraz ze zintegrowanym systemem do badań IVUS i FFR i systemem do korejstracji.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby jeden z dwóch zaoferowanych do dzierżawy systemów był wyprodukowany w 2016 roku. System ten, aktualnie użytkowany przez Zamawiającego, jest kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów, nie posiada wad fizycznych, prawnych oraz usterek technicznych oraz dopuszczony jest do używania w podmiotach działalności leczniczej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby jeden z dwóch systemów tj. Zintegrowany system FFR/iFR/IVUS był wyprodukowany w 2016 roku lecz nie starszy niż 6 lat.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3a do SWZ- Projektowane postanowienia umowy dzierżawy w zakresie § 3 pkt 2:

Było:

„Wydzierżawiający oświadcza, iż oferowane aparaty są kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów, nie posiada wad fizycznych, prawnych oraz usterek technicznych, jest nowy/używany lecz nie starszy niż 2 lata, kompletny oraz dopuszczony do używania w podmiotach działalności leczniczej.”

Jest:

„Wydzierżawiający oświadcza, iż oferowane aparaty są kompletne i gotowe do użytkowania bez dodatkowych zakupów, nie posiada wad fizycznych, prawnych oraz usterek technicznych, jest nowy/używany lecz nie starszy niż 2 lata/6 lat¹, kompletny oraz dopuszczony do używania w podmiotach działalności leczniczej.”

¹ Dot. Pakietu nr 35- Zintegrowany system FFR/iFR/IVUS

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.wszckielce.pl nowy załącznik nr 3a do SWZ pod nazwą Załącznik nr 3a – Projektowane postanowienia umowy dzierżawy po modyfikacji.

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 137 ust. 4 ustawy Pzp informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ poprzez przekazanie w dniu 20.10.2021 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „ogłoszenia o sprostowaniu” w poniższym zakresie:

Zmianie ulegnie treść punktu 31 i 32 Rozdziału I SWZ (Termin składania i otwarcia ofert).

Zmianie ulegnie treść punktu 26 Rozdziału I SWZ (Termin związania ofertą).

Zmianie ulegnie treść punktu 36 – (Kryteria oceny ofert dla Pakietów nr 34 i 35)

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Pzp udostępni zmianę treści SWZ na stronie internetowej bip.wszckielce.pl w dniu **25.10.2021 r.** po publikacji ogłoszenia o sprostowaniu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wójcik
mgr Magdalena Wójcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
Tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszckielce.pl