



Kielce, dnia 24.10.2021r.

EZ/ZP/148/2021/UG

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dot. EZ/ZP/148/2021/UG na „Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy narzędzi chirurgicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 4 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Odpowiedź:** Zgodnie ze wzorem umowy.

**Pytanie 2**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od daty otrzymania pisemnej reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź:** Zgodnie ze wzorem umowy.

**Pytanie 3**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. 2): - dot. zał. 3 oraz 3a

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **10% niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

b) za zwłokę w dostawie asortymentu zgodnego z umową – w wysokości **50,00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie towaru**,

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **50,00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego/ niezgodnego z umową towaru**,

d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 24 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości **50,00 zł** za stwierdzone uchybienie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieprawidłowo wykonanej części umowy**.

**Odpowiedź:** Zgodnie ze wzorem umowy.



**Pytanie 4**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** Zgodnie ze wzorem umowy.

**Pytanie 5**

Dot. Pakietu nr 2 Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu potwierdzenia poz. 5,6,7,10 dotyczących dodatkowych parametrów narzędzi? Producent narzędzi ze względu na ich konstrukcję nie podaje takich szczegółowych parametrów i jednocześnie zaznacza, że wszystkie oferowane narzędzia są wyrobami medycznymi, dopuszczonymi do zabiegów operacyjnych i mogą zostać poddane pełnemu procesowi mycia, dezynfekcji i sterylizacji wg. wszystkich wytycznych i norm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rezygnację z potwierdzenia wymogów poz 5,6,7,10 dotyczących dodatkowych parametrów narzędzi. Jednocześnie wymaga aby oferowane narzędzia były wyrobami medycznymi, dopuszczonymi do zabiegów operacyjnych i mogą zostać poddane pełnemu procesowi mycia, dezynfekcji i sterylizacji wg. wszystkich wytycznych i norm.

**Pytanie 6**

Dot. Pakietu nr 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość znakowania tych narzędzi laparoskopowych dla których to będzie możliwe? Nie ma możliwości znakowania wszystkich składowych elementów narzędzi ze względu na ich konstrukcję.

Prosimy także o informację, jaki zapis miałby zostać wygrawerowany na narzędziach.

**Odpowiedź:** Zamawiający rezygnuje ze znakowania narzędzi laparoskopowych dla Pakietu nr 2.

**Pytanie 7**

Dot. Pakietu nr 2 Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy narzędzi do 10 tygodni ze względu na wymagany proces znakowania narzędzi?

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

**Pytanie 8**

Pakiet nr 1 Narzędzia do zabiegów ortopedycznych.

Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 160 mm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaproszenia.

**Pytanie 9**

Pakiet nr 1 Narzędzia do zabiegów ortopedycznych.

Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 180 mm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaproszenia.

**Pytanie 10**

Pakiet nr 1 Narzędzia do zabiegów ortopedycznych.

Prosimy o dopuszczenie pęsety o dł. 145 mm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaproszenia.



#### **Pytanie 11**

Pakiet nr 1 Narzędzia do zabiegów ortopedycznych.

Prosimy o dopuszczenie nożyc o dł. 230 mm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaproszenia.

#### **Pytanie 12**

Pakiet nr 1 Narzędzia do zabiegów ortopedycznych.

Prosimy o dopuszczenie nożyc o dł. 180 mm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaproszenia.

#### **Pytanie 13**

Pakiet nr 1 Narzędzia do zabiegów ortopedycznych.

Prosimy o dopuszczenie nożyc o dł. 240 mm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaproszenia.

#### **Pytanie 14**

Pakiet nr 1 Narzędzia do zabiegów ortopedycznych.

Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 160 mm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaproszenia.

#### **Pytanie 15**

Pakiet nr 1 Narzędzia do zabiegów ortopedycznych.

Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 150 mm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaproszenia.

#### **Pytanie 16**

Pakiet nr 1 Narzędzia do zabiegów ortopedycznych.

Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 215 mm i śr. drutu twardego 2,5 mm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaproszenia.

#### **Pytanie 17**

Pakiet nr 1 Narzędzia do zabiegów ortopedycznych.

Prosimy o sprecyzowanie czy kleszczyki mają być proste czy zagięte, prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 160 mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga kleszczyków zagiętych, a pozostałe parametry bez zmian.

#### **Pytanie 18**

Pakiet nr 1 Narzędzia do zabiegów ortopedycznych.

Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 140 mm.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaproszenia.

#### **Pytanie 19**

Pakiet nr 1 Narzędzia do zabiegów ortopedycznych.

Prosimy o dopuszczenie łyżeczki o dł. 170 mm.



**Pytanie 20**

Pakiet 1, poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 140, lub 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaprośzenia.

**Pytanie 21**

Pakiet 1, poz. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaprośzenia.

**Pytanie 22**

Pakiet 1, poz. 11 i poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaprośzenia.

**Pytanie 23**

Pakiet 1, poz. 19-20, oraz 23-24: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna Kocher Ochsner, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaprośzenia.

**Pytanie 24**

Pakiet 1, poz. 25: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaprośzenia.

**Pytanie 25**

Pakiet 1, poz. 27: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżeczka dł. 170 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaprośzenia.

**Pytanie 26**


Pakiet 1, poz. 29: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, uchwyt skalpela dł. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do Zaprośzenia.

Ponadto Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 2 do Zaprośzenia Formularz asortymentowo cenowy, Pakiet nr 1 poz. 11 w związku z omyłką pisarską tj.

**BYŁO:**

11	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE OSTRO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM 5 3/4".	101			0,00 zł	Tak/Nie
----	--	-----	--	--	---------	---------



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



**JEST:**

	NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE OSTRO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM 5 3/4".	<u>10</u>			0,00 zł	Tak/Nie
--	--	-----------	--	--	---------	---------

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

Dział Zamówień Publicznych  
*Urszula Gierada*  
SPECJALISTA

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*