



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



Kielce, dnia 05. 11. 2021 r.

Znak sprawy: EZ/134/2021/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 1129) na „Dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów elektrofizjologii dla potrzeb Bloku Operacyjnego z Pracownią Elektrofizjologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, w celu wypełnienia dyspozycji art. 135 ust. 2 oraz działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do projektowanego postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, poprzez dodanie w § 7 pkt 2 następującej treści:

2. Wykonawca zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. 2018, poz. 2191 ze zm), może wysyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem „Platformy”, a Zamawiający w myśl art. 4 ust. 1 ustawy zobowiązany jest do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem „Platformy” lub w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść pkt 3 w § 7, który otrzymuje brzmienie:

3. Zapłata należności dokonywana będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie ... dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu faktury w formie elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego: faktura@wszckielce.pl lub w przypadku ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na „Platformę”.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.wszckielce.pl nowy Załącznik nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego pod nazwą ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 2

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od daty otrzymania pisemnej reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia.

Pytanie nr 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 2)

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości **100,00** zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie towaru.**
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **100,00** zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego/ niezgodnego z umową towaru.**
- d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 24 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości **100,00** zł za stwierdzone uchybienie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieprawidłowo wykonanej części umowy.**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §3)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania a istotne warunki przechowania depozytu można zawrzeć w protokole przekazania.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 3 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę sposobu naliczania kar umownych na następujący sposób:



§ 9

Kary umowne

- 3) Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
- 1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:
 - a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem przypadków określonych w § 10 - w wysokości 10% z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
 - 2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
 - a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
 - b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 200,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
 - c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 200,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
 - d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 24 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia.

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Pytanie nr 7

Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający w przypadku wezwania do przedłożenia dodatkowych przedmiotowych środków dowodowych dopuści próbki niesterylne?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ niesterylne próbki nie mogłyby być wypróbowane.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do ablacji z serwetą angiograficzną o wymiarach 230 x320 z 4 otworami (2 otwory udowe i 2 promieniowe), wzmocnienie wokół otworów na całej szerokości serwety . Po obu stronach zintegrowana z transparentną foliową wstawką zabezpieczającą pulpit sterowniczy, rozmiar wstawek 75cmx 135 cm. Dopuszczenie powyższej serwety umożliwi dostęp naczyniowy zarówno z kk. prawej jak i lewej bez konieczności każdorazowego dopasowania kierunku ułożenia pacjenta do obłożenia oraz ewentualną zmianę dostępu naczyniowego śródzabiegowo. Natomiast obustronna folia zabezpiecza pulpit sterowniczy niezależnie od rozmieszczenia sprzętu na bloku. Jednocześnie zwracamy uwagę na to że zaproponowane rozwiązanie umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem jakościowym i wartościowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do ablacji z osłoną o wymiarach 105 x 105 cm z gumką? (pozycja d) zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ za duża osłona spada ze wzmacniacza angiografu oraz zasłania twarz pacjenta.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do ablacji z osłoną typu beret o wymiarach 140 x 140 cm z gumką? (pozycja e) zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do ablacji z osłoną w kształcie walca o wymiarach 80 x 150 cm z gumką?(pozycja f) zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ taki kształt nie ma zastosowania w Pracowni Elektrofizjologii.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do ablacji z gazikami (pozycja i) zestawu) z nitką RTG, reszta parametrów zgodna ze specyfikacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do ablacji ze skalpelem bezpiecznym z ostrzem nr 11P? (pozycja k) zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do ablacji z peanem metalowym prostym o dł. 18 cm? (pozycja l) zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ za długi pean jest nieporęczny.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do ablacji z serwetą 75 x 90 cm z trzywarstwowego laminatu z centralnym otworem przyklepnym 6 x 8 cm? (pozycja n) zestawu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do ablacji z serwetą 75 x 75 cm z trzywarstwowego laminatu? (pozycja o) zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17


Pakiet nr 3, pozycja 1 – pozycja u) zestawu - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie o jaką igłę chodzi: 0,8 x 40 mm czy 0,8 x 25 mm?

Odpowiedź: 0,8 x 40 mm

Pytanie nr 18

Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do ablacji z gazikami (pozycja y) zestawu) z nitką RTG, reszta parametrów zgodna ze specyfikacją?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 19

Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do ablacji w opakowaniu typu torba z wytrzymałego plastiku ze wstawką tyvek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw obłożeń do ablacji z etykietą z 4 samoprzylepnymi etykietami typu TAG umieszczoną wewnątrz zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie nr 21

Pakiet 3: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do ablacji o składzie:

1. serweta na stół do instrumentarium w rozmiarze 190 x 150 cm 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. serweta w rozmiarze 350 x 250 cm z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa oraz folia PE) o gramaturze 56g/m², z czterema otworami (dwa o średnicy 10 cm oraz dwa o średnicy 5 cm) z przylepcami, warstwą chłonną w rozmiarze 150 x 100 cm oraz panelem foliowym. 1 szt.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ włóknina trójwarstwowa posiada lepsze właściwości izolujące i aseptyczne.

3. fartuch chirurgiczny jednorazowy wzmacniany na przedniej części w rozmiarze L 1szt i XL 1szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. nerka plastikowa o pojemności 700 ml 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. pojemnik plastikowy okrągły o poj. 500 ml ze skalą 2 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
6. kompresy gazowe 17nitkowe, 8warstwowe w rozmiarze 10x10cm 30 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
7. igła iniekcyjna 21g x2 (0,8 x 50mm) 3 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
8. osłona foliowa na sprzęt prostokątna 102cm x 91cm z gumką 1 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
9. skalpel chirurgiczny nr 11, bezpieczny, z plastikową rączką i osłonką 1 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
10. kleszczyki metalowe 14 cm typu Rochester – pean prosty znaczone kolorem 1 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
11. strzykawka plastikowa, 2częściowa, 20ml, LN 1 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
12. strzykawka plastikowa, 2częściowa, 10ml, LN 3 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
13. serweta gazowa 17nitkowa, 4 warstwowa, 45x45 cm 3 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
14. szpatułka plastikowa do dezynfekcji pola operacyjnego 14 cm z gąbką 4 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
15. serweta L2 w rozmiarze 150x90cm 1 szt.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ serweta o ww. wymiarach jest za mała na stolik zabiegowy.
16. osłona na sprzęt prostokątna foliowa, 127x127cm z gumką 2 szt.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ osłona o ww. wymiarach jest za mała na konsolę.
17. serweta L3 laminat trzywarstwowy (włóknina wiskozowa, folia PE, włóknina polipropylenowa) w rozmiarze 75x75 cm z otworem owalnym 8x6 cm i przylepcem wokół otworu. 1 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
18. serweta L3 w rozmiarze 90x75 cm 2 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
19. kolec krótki do przelewania płynów między butelkami z zamknięciami plastikowy 1 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



20. igła do wkłuc tętnicznych 18g (1,3 x 70mm) ze skrzydełkami 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ te igły są tępe i powodują traumatyzację tkanek oraz większą częstość powikłań naczyniowych.

21. dren wysokociśnieniowy z kranikiem trójdrożnym, dł. ok 15cm, ciś min.70bar

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Edyta Stowińska
INSPEKTOR