

EZ/ZP/141/2021/UG

Kielce dn. 10.11.2021r

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) na dostawy materiałów zużywalnych do aparatów nerkozastępczych i hemodializy dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach znak sprawy EZ/ZP/141/2021/UG

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 1129) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

dot. Pakietu nr 1 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie linii krwi z oddzielnie sterylnie pakowanym łącznikiem do recyrkulacji zamiast kranika trójdrożnego oraz wydzieli do oddzielnego pakietu pozycję nr 1, co pozwoli na złożenie oferty większej liczbie oferentów, a tym samym da zamawiającemu możliwość wyłonienia najkorzystniejszej oferty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

dot. Pakietu nr 8

W celu uniknięcia niejasności prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymagana pełna kompatybilność oferowanych materiałów z posiadanymi aparatami MultiFiltrate CiCa oraz MultiFiltrate PRO dotyczy pozycji 1-10, natomiast pozycji nr 16 dotyczy wymóg bezpłatnego użyczenia na czas trwania umowy zgodnie z opisanymi w załączniku nr 2b parametrami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3

dot. załącznika nr 3a wzór umowy użyczenia § 2 pkt 1c

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu użyczenia urządzenia fabrycznie nowego lub nie starszego niż 3 lata i zgodę na udostępnienie aparatu wyprodukowanego w roku 2015 – aktualnie użytkowanego przez personel Zamawiającego w Klinice Nefrologii. Przypominamy, że zgodnie z zapisami wzoru umowy użyczenia (§ 2 pkt. 2b) to na Użyczącym ciąży obowiązek „prowadzenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz dokonywania wszelkich napraw Przedmiotu użyczenia w czasie trwania niniejszej Umowy”, więc powyższy wymóg rocznikowy nie ma uzasadnienia.


Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu użyczenia urządzenia fabrycznie nowego lub nie starszego niż 3 lata i wyraża zgodę na udostępnienie aparatu wyprodukowanego w 2015r.

Pytanie 4

dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty dopuści w pakiecie nr 2: Linia krwi – komplet (tętnica, żyła, worek), z jeziorkiem wyrównawczym na tętnicy, średnica segmentu pompy 8,0 mm, długość 350 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie 5

dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści: Dializatory niskoprzepływowe sterylizowane radiacyjnie: o powierzchni 1,4 m² - 2,2 m² do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 6

dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści: Dializatory niskoprzepływowe sterylizowane radiacyjnie: o powierzchni 1,6 m² - 2,2 m² do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7

dot. Pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 4 dializatorów sterylizowanych radiacyjnie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 8

dot. Pakietu nr 5

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 5 dializatorów sterylizowanych radiacyjnie. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 9

dot. Pakietu nr 8 poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielanie w pakiecie nr 8 pozycji nr 11, oraz dopuści następujące rozmiary:

Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. Symetryczna, taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczepienia. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żyłnej poniżej 1%. Dookoła cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przyssania końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 10

dot. projektu umowy – zał. 3a Projektowane postanowienia umowy użyczenia:

Wnosimy o wykreślenie zapisów § 2 ust. 7 – „Wszelkie obciążenia podatkowe, związane z niniejszą umową, ponosi Użyczący”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 11

dot. projektu umowy – zał. 3a Projektowane postanowienia umowy użyczenia:

Wnosimy o dodanie do § 3 ust. 5 i ust. 6 o poniższej treści:



„ 5. Biorący do używania zobowiązuje się na własną odpowiedzialność zapewnić serwisowanie i kontrolę Przedmiotu użyczenia zgodnie z zaleceniami producenta i instrukcją użytkownika (zobowiązuje się informować niezwłocznie Użyczącego o potrzebie realizacji takiej czynności). Biorący do używania niniejszym potwierdza otrzymanie egzemplarza zaleceń i instrukcji użytkownika Przedmiotu użyczenia i oświadcza, że przyjął do wiadomości takie zalecenia i instrukcje użytkownika.
6. Koszty napraw pogwarancyjnych lub nie objętych gwarancją producenta Przedmiot u użyczenia ponosi Użyczący, chyba, że uszkodzenie lub zniszczenie wynika z niewłaściwej eksploatacji Przedmiotu użyczenia lub działania osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 12

dot. projektu umowy – zał. 3a Projektowane postanowienia umowy użyczenia:

Wnosimy o zmianę numeru paragrafu przywołanego w § 4 ust. 2 na:

„Czynności, wymienione w pkt . 1 niniejszego paragrafu...”

Odpowiedź: § 4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie tj.: „czynności wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu...”.

Pytanie 13

dot. projektu umowy – zał. 3a Projektowane postanowienia umowy użyczenia:

Wnosimy o dodane do § 6 ust. 5 o poniższej treści:

5. „Użyczący nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania Przedmiotu użyczenia w sposób niezgodny z Umową, w szczególności w wyniku nie przestrzegania instrukcji utrzymania lub obsługi Przedmiotu użyczenia lub innych dokumentów związanych z Przedmiotem użyczenia, jak również za decyzje medyczne podejmowane przez Biorącego do używania w związku z jego użyciem.

Odpowiedź: Do § 6 wprowadza się ust. 5 o treści: „Użyczący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania Przedmiotu użyczenia w sposób niezgodny z treścią Umowy”.

Pytanie 14

dot. projektu umowy – zał. 3a Projektowane postanowienia umowy użyczenia:

Wnosimy o zmianę zapisów § 2 pkt. 2c na:

2c. „Usunąć awarię w ciągu 3 dni roboczych od chwili jej zgłoszenia przez Biorącego do używania (zgłoszenie należy kierować do Pan/Pani ,tel. mail

W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części, czas usunięcia awarii może ulec wydłużeniu do 10 dni roboczych”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski
Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Stefańska
inspektor

Dział Zamówień Publicznych
tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14
edyta.stefanska@wszkielce.pl

