



Kielce, dnia 18.11.2021r.

EZ/156/2021/KS

Do wszystkich zainteresowanych

DOT. EZ/156/2021/KS na „Sukcesywne dostawy staplerów i urządzeń do usuwania zszywek dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści stapler skórny o wymiarach zszywek 5,40x3,60mm i o grubości 0,5mm spełniający pozostałe parametry oraz narzędzie do usuwania zszywek kompatybilne z zaferowanymi staplerami w poz. 1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ; Urządzenie musi być kompatybilne ze staplerem.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zszywki w rozmiarze 7,2mm x 4,9mm grubość 0,6mm jak dotychczas dostarczane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie narzędzia do usuwania zszywek skórnych o rozmiarze 7,2mm x 4,9mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie narzędzia do usuwania zszywek skórnych o rozmiarze 7,2mm x 4,9mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; Urządzenie musi być kompatybilne ze staplerem.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaferowanie staplerów skórnych z ergonomiczną rękojeścią ułatwiającą utrzymanie aplikatora, rozmiar uformowanej zszywki 6,5 x 4,5 mm, grubość 0,6 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; Urządzenie musi być kompatybilne ze staplerem.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



Pytanie 6

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie narzędzi do usuwania zszywek o rozmiarze 6,5 x 4,5 mm.

Odpowiedź: Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie narzędzi do usuwania zszywek o rozmiarze 6,5 x 4,5 mm.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Karolina Skiba

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski