



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



EZ/ZP/141/2021/UG

Kielce dn. 19.11.2021r

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129) na dostawy materiałów zużywalnych do aparatów nerkozastępczych i hemodializy dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach znak sprawy EZ/ZP/141/2021/UG

Działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 1129) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie 15

dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający w zakresie użyczenia aparatów do terapii nerkozastępczej CRRT szt. 4 (zadanie 7), zgodzi się na zaoferowanie aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej spełniającego wszystkie wymagania w zakresie OPZ a jedynie bez opcji współpracy z aparatem MARS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Odpowiedzi na pytania są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Edyta Stefńska
mgr *Edyta Stefńska*
inspektor

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Bidas