


Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 25.11.2021 r.

Znak sprawy: EZ/151/2021/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 1129) na „Zakup i dostawę aparatury medycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45 działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 1129), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Pakiet nr 11 - Miernik bilirubiny

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania miernik bilirubiny fabrycznie nowy z rokiem produkcji 2020?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Załącznik nr 3 Umowa §8 ust. 1 pkt 2)

Upieramie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do:

- ppkt. b) do 100 zł brutto ?

- ppkt. c) do 100 zł brutto ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Załącznik nr 3 Umowa §8 ust. 2

Upieramie proszę o udzielenie wyjaśnień czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Pakiet nr 9 – Fotel zabiegowy do dializ – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel zabiegowy do dializ z elektryczną regulacją do pozycji Trendelenburga w zakresie od 0° do – 15° ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Pakiet nr 9 – Fotel zabiegowy do dializ – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania fotel zabiegowy do dializ z elektryczną regulacją do pozycji Anty- Trendelenburga w zakresie od 0° do – 3° ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody, podmiotu tworzącego Zamawiającego oraz po wyrażeniu zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Postanowienie umowne stanowi odzwierciedlenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, z tej też przyczyny odmawia się dokonania zmiany.

Pytanie 7

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 5 ust. 1, nie ulegnie podwyższeniu w okresie obowiązywania niniejszej umowy, za wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany wysokości obowiązujących stawek podatku VAT, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „...usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji lub...”

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Okres gwarancji każdorazowo zostaje przedłużony o czas trwania naprawy, liczony od dnia zgłoszenia do momentu zakończenia naprawy o ile naprawa trwała powyżej 10 dni roboczych.”

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2, lub nie dostarczy urządzenia zastępczego, Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) posiadających autoryzację Wytwórcy w celu usunięcia wady, braku, niezgodności towaru z umową lub dostarczenia urządzenia zastępczego, a kosztami z tego tytułu obciążać Wykonawcę, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 11

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 lat.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie 12

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1a i 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10 % na 5%?

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 13

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 2 b i c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 500 zł na 250 zł oraz odpowiednio z 200 zł na 100 zł?

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 14

Dotyczy wzoru umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu o następującej treści: „W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy kary umowne nie będą naliczane.”

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 15

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2.1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca jest w zwłoce w wydaniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o 7 dni kalendarzowych ponad terminy określone w umowie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 16

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2.2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Zamawiający jest w zwłoce z uiszczeniem należności na rzecz Wykonawcy 1 miesiąc ponad termin płatności faktury i pomimo dodatkowego wezwania listem poleconym odmawia uiszczenia należności.”

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 17

Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „w przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT w odniesieniu do asortymentu objętego umową wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.”

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 18

Dotyczy załącznika nr 2.7 – Automatyczna endoskopowa myjnia-dezynfektor

Pkt 1. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Urządzenie fabrycznie nowe, min. 2020 rok produkcji”

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pkt 5. Prosimy i dopuszczenie zapisu: „Ustawienia czasu (wszystkie ustawienia zapisywane):

1. Czas mycia (regulowany): min. 1-30min

2. Czas dezynfekcji (regulowany): min. 1 min – 30 min

3. Detergent: regulowany czas dozowania min: 1-60 sek
4. Alkohol: min. 1-60 sek
5. Płukanie: min 1sek.-30min (Czasy regulowane przez użytkownika)”
Odpowiedź: NIE, zgodnie z planem higieny szpitala niektóre środki dezynfekcyjne wymagają 60 minutowego procesu dezynfekcji.

Pkt. 6. Prosimy i dopuszczenie zapisu: „Pojemność zbiornika:
Dezynfektant: 13L
Koncentrat dezynfektanta: 2L
Detergent: 3L”

Odpowiedź: NIE, brak zbiornika na alkohol.

Pkt. 10. Prosimy i dopuszczenie zapisu: „Tryby pracy:

1. Tryb automatyczny z możliwością regulacji czasu dezynfekcji i mycia: Mycie wstępne → Mycie za pomocą detergentu → Płukanie po myciu detergentem → Dezynfekcja → Płukanie po dezynfekcji → Suszenie (zgodnie z obowiązującą normą EN-PN15883)
2. Tryb dezynfekcja z możliwością regulacji czasu dezynfekcji i mycia
3. Test szczelności pozwalający na dokończenie procesu nawet przy wykryciu nieszczelności
4. Wymuszony odpływ płynów z komory dezynfekcyjnej
5. Napełnianie i opróżnianie środka dezynfekcyjnego – automatyczne mycie zbiornika dezynfektantu, Automatyczne opróżnianie środka dezynfekcyjnego – system pomp zapewniający całkowite opróżnienie środka dezynfekcyjnego ze zbiornika nie wymagający ręcznego opróżniania pozostałości środka przez użytkownika.
6. Opcja przepłukania alkoholem”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 11. Prosimy i dopuszczenie zapisu: „Myjnia wyposażona w ręczny uchwyt otwierania komory”

Odpowiedź: NIE, nożny przycisk otwierania komory minimalizuje ryzyko skażenia powierzchni.

Pkt 17. Prosimy i dopuszczenie zapisu: „System druku (cały proces) min:

System druku (cały proces)

1. Data i godzina rozpoczęcia procesu
2. Proces Mycia, Płukania, Dezynfekcji
3. Godzina zakończenia procesu
5. Ilość użyć środka dezynfekcyjnego
6. Dane z systemu RFID: myjnia, użytkownik, aparat

Odpowiedź: NIE, takie mamy zalecenie zespołu epidemiologicznego.

Pkt 18. Prosimy i dopuszczenie zapisu: „Dezynfekcja wody: Wbudowane 2 lampy UV” -parametr lepszy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Dotyczy załącznika nr 2.8 - Endoskopowa pompa irygacyjna

Pkt 10. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje sterowania również z przycisku endoskopu?

Odpowiedź: NIE, nie jest to kryterium warunkujące zakup.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pkt 14. Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Możliwość współpracy z przewodowym włącznikiem nożnym oraz możliwość zaprogramowania sterowania na przycisk endoskopu”.

Odpowiedź: NIE, nie jest to kryterium warunkujące zakup.

Pkt 15. Prosimy do dopuszczenie zapisu: „Pompa przystosowana do montażu na wózku zestawu endoskopowego”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pkt 20. Prosimy i dopuszczenie zapisu: „Funkcja dodatkowego osuszania. Wbudowany kompresor na sprężone powietrze z przewodem powietrznym i pistoletową rękojeścią”

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy załącznika nr 2.8 - Endoskopowa pompa irygacyjna. Jeżeli pytający miał na myśli pozycję z załącznika nr 2.7 – Automatyczna endoskopowa myjnia-dezynfektor, to odpowiedź brzmi tak, Zamawiający dopuszcza.

Pkt 22. Prosimy i dopuszczenie zapisu: „Konektory (złączki): 2 wyjścia na test szczelności wewnątrz komory myjącej, wyjścia na kanały robocze”

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy załącznika nr 2.8 - Endoskopowa pompa irygacyjna. Jeżeli pytający miał na myśli pozycję z załącznika nr 2.7 – Automatyczna endoskopowa myjnia-dezynfektor, to odpowiedź brzmi nie, z uwagi na konieczność dezynfekcji w komorze myjącej jednocześnie dwóch endoskopów, 6 wyjść na kanały robocze to minimum.

Pkt 24. Prosimy i dopuszczenie zapisu: „Komunikacja. Wbudowane złącze typu RS do komunikacji z urządzeniem”

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy załącznika nr 2.8 - Endoskopowa pompa irygacyjna. Jeżeli pytający miał na myśli pozycję z załącznika nr 2.7 – Automatyczna endoskopowa myjnia-dezynfektor, to odpowiedź brzmi nie, Bluetooth jest nowocześniejszą formą komunikacji z urządzeniem niż złącze RS.

Pkt 27. Prosimy i dopuszczenie zapisu: „Wymiary / Waga: 890x735x1005 / 120kg”.

Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy załącznika nr 2.8 - Endoskopowa pompa irygacyjna. Jeżeli pytający miał na myśli pozycję z załącznika nr 2.7 – Automatyczna endoskopowa myjnia-dezynfektor, to odpowiedź brzmi tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Dot. wzoru umowy § 8 pkt 1 ppkt 2 b:

Czy Zamawiający zmniejszy kary umowne za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową do 300,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 21

do Pakietu Nr 3 poz. 1

1. Czy zamawiający dopuści urządzenie, które może być zasilane elektrycznie w granicach 110 ÷ 240V (50 / 60 Hz) AC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym klasa bezpieczeństwa elektrycznego to: klasa 1, stopień BF?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym klasa IP obudowy wynosi IPx0, a sterownika nożnego IP68?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym ciśnienie robocze zawiera się w przedziale 31-58 Bar?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Wykonawca nie sprecyzował, czy ciśnienie robocze zawierające się w przedziale 31-58 Bar dotyczy CO2 czy N2O.

5. Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym ciśnienie max wynosi 83 bar?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym praca odbywa się w sposób tylko automatyczny, bez możliwości wyboru trybu ręcznego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, gdyż chce mieć możliwość wyboru trybu ręcznego.

7. Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym min. temp. pracy końcówki roboczej to ok - 80 st. C?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Wykonawca mało precyzyjnie określił wartość min. temp. pracy końcówki roboczej.

8. Czy zamawiający dopuści urządzenie o następujących wymiarach: Szer.: 305mm, gł.: 200mm, wys.: 190mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Czy zamawiający dopuści urządzenie z ekranem LCD wyświetlającym istotne parametry dla użytkownika bez funkcji dotykowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy zamawiający dopuści urządzenie, które ciśnienie i przepływu gazu wyświetla jako pojedynczy parametr wydajnościowy sondy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy zamawiający dopuści urządzenie, w którym praca odbywa się w sposób automatyczny i urządzenie nie wymaga zastosowania pokrętki regulacji gazu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, gdyż chce mieć możliwość wyboru trybu ręcznego i zastosowania pokrętki regulacji ciśnienia gazu.

13. Czy zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w pedał z jednym przyciskiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

14. Czy zamawiający dopuści urządzenie, które cykl automatycznego czyszczenia sond wykonuje we wstępnym cyklu oczyszczania, a w przypadku niedrożności informuje o konieczności ponownego przeprowadzenia cyklu oczyszczania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

15. Czy zamawiający dopuści urządzenie, które pracuje w trybie automatycznymi czas sekwencji zależny jest od operatora poprzez naciśnięcie przycisku mrożenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



16. Czy zamawiający dopuści urządzenie, które posiada monochromatyczny wyświetlacz z podstawowymi informacjami dla użytkownika oraz sygnałami dźwiękowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. Czy zamawiający dopuści wyposażenie o następujących parametrach:

- kontaktowa sonda kriochirurgiczna do jaskry \varnothing 3,0 mm -1 szt.

- kontaktowa sonda kriochirurgiczna do siatkówki długa \varnothing 2,5 mm -1 szt.

- kontaktowa sonda kriochirurgiczna do siatkówki kątowna długa \varnothing 2,5 mm -1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

do Pakietu Nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 wydzieli pozycję nr 2 do osobnego pakietu, bądź wyrazi zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje w tym zakresie ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego pakietu oraz na składanie ofert na poszczególne pozycje w tym zakresie.

Pytanie 23

Dot. zapisy Umowy § 8.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 24

dot. pkt. 16 załącznika 2.5 do SWZ

Czy Zamawiający zaakceptuje Stepper poziomy z podwójnym i niezależnym mechanizmem oporu o wymiarach 1520x620x1410mm (Dł./Szer./Wys.) zamiast 1660x720x1050mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stepper o wymiarach 1520x620x1410mm.

Pytanie 25

dot. pkt. 17 załącznika 2.5 do SWZ

Czy Zamawiający zaakceptuje Stepper poziomy z podwójnym i niezależnym mechanizmem oporu o wadze 130 kg zamiast 120 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stepper o wadze 130 kg.

Pytanie 26

dotyczy pakietu nr 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie miernika bilirubiny niewrażliwego na ruch pacjenta o parametrach:

Poz. 4: pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie min. 100 pomiarów,

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wykonywana jest duża ilość pomiarów a zbyt mała pojemność akumulatora nie pozwoli nam na porównywanie wyników z poprzednich pomiarów.

Poz. 12: urządzenie wyposażone w najnowocześniejsze i najtrwalsze rozwiązanie - lampę LED z żywotnością min. 200 000 pomiarów,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 15: z pamięcią 40 pomiarów,

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ wykonywana jest duża ilość pomiarów a zbyt mała pamięć nie pozwoli nam na porównanie wyników z poprzednich pomiarów.

Poz. 17: z możliwością transmisji danych przez złącze USB i protokół HL-7,

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na bezpieczeństwo danych pacjenta.

Poz. 18: bez konieczności stosowania akcesoriów podczas pomiarów i kalibracji (na życzenie klienta nakładki jednorazowego użytku i nakładki kalibracyjne są dostępne).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

dotyczy pakietu nr 11

Czy Zamawiający wymaga miernika bilirubiny niewrażliwego na artefakty ruchowe oraz kąta przyłożenia urządzenia do pacjenta, z miejscem pomiaru w górnej części małżowiny usznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 28

dotyczy załącznika nr 3 do SWZ

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu § 8 ust. 1 tak, aby otrzymał następujące brzmienie:

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem przypadków określonych w § 9 - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

b) za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową – 0,5% wartości umowy licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji/rękojmi – 0,5% wartości towaru, którego wada, braki lub niezgodność dotyczy, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.

Odpowiedź: Zamawiający odmawia dokonania zmiany.

Pytanie 29

Pakiet 11 MIERNIK BILIRUBINY – 1 szt., poz. 17

Czy Zamawiający dopuści w poz. 17 Miernik Bilirubiny z możliwością transmisji danych przez złącze USB z wymaganym oprogramowaniem do automatycznego zapisów pomiarów w komputerze PC natomiast bez protokołów HL-7 i CSV? Pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ze względu na bezpieczeństwo danych pacjenta.

Pytanie 30

Pakiet nr 7 – Automatyczna endoskopowa myjnia-dezynfektor – 1 szt.

Poz. 4

Czy zamawiający dopuści panel w języku polskim, z diodami komunikującymi o poszczególnych fazach



pracy myjni. Dużo łatwiejsze rozwiązanie dla obsługującego personelu, mniej awaryjna oraz tańsza w przypadku naprawy.

Odpowiedź: NIE, mieliśmy takie rozwiązanie, jest mniej czytelne dla personelu i równie awaryjne.

Poz. 6

Czy zamawiający dopuści pojemnik na dezynfektant o pojemności 15l jest bardziej ekonomiczny w eksploatacji. Reszta parametrów zgodna z wymogami zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 7

Czy zamawiający dopuści elektrozawór detergentu jest to równoważne rozwiązanie a przypadku awarii dużo tańsze rozwiązanie. Reszta parametrów zgodnie z wymogami zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 8

Czy zamawiający dopuści zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poz. 11

Czy zamawiający dopuści myjnię pozwalającą otwarcie pokrywy na każdym etapie cyklu mycia i dezynfekcji, co powoduje automatyczne zatrzymanie procesu mycia. Po zamknięciu pokrywy myjnia kontynuuje dalszy proces mycia i dezynfekcji rozwiązanie to jest bardzo wygodne dla personelu?

Odpowiedź: TAK, pod warunkiem, że myjnia otwierać się będzie poprzez przycisk nożny.

Poz. 17

Czy zamawiający dopuści myjnię która nie wymaga podgrzewania płynu dezynfekcyjnego, nie wpływa to na prawidłowy proces mycia i dezynfekcji. Rozwiązanie to jest bardziej ekonomiczne.

Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu ilość użycia środka dezynfekcyjnego, ponieważ myjnia działa w obiegu zamkniętym i płyn jest aktywny zgodnie z wytycznymi producenta danego płynu.

Odpowiedź: NIE, takie mamy zalecenie zespołu epidemiologicznego.

Poz. 19

Czy zamawiający zrezygnuje z wyświetlacza ciśnienia o każdej nieprawidłowości, związanej z nieszczelnością aparatu myjnia komunikuje dźwiękowo.

Odpowiedź: NIE, ponieważ takie rozwiązanie jest mniej czytelne dla personelu.

Poz. 20

Funkcja dodatkowego osuszania. Wbudowany kompresor ze zbiornikiem o pojemności 4 l. na sprężone powietrze z przewodem powietrznym i pistoletową rękojęścią.

Czy zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu?

Odpowiedź: NIE, takie mamy zalecenie zespołu epidemiologicznego.

Poz. 22

Czy zamawiający dopuści 1 wyjście na test szczelności umieszczone na zewnątrz myjni oraz 4 gniazda przyłączy. W przypadku myjni na jeden endoskop nie ma potrzeby większej ilości gniazd.

Odpowiedź: NIE, ponieważ potrzebujemy myjni na dwa endoskopy, 6 wyjść na kanały robocze i dwa testy szczelności są do tego niezbędne.

Poz. 27

Czy zamawiający dopuści myjnię o wymiarach: 55cm x 56cm x 94 cm, waga 45kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

Z-CIA DYREKTORA
ds. leczenia

Krzysztof Bidas

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Słowińska
INSPEKTOR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski