



Kielce, 25.11.2021 r.

Znak: EZ/159/2021/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na „zakup i dostawę echokardiografu z wyposażeniem dla potrzeb II Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r poz. 1129) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 dot. Par. 7 ust. 3 wzoru umowy

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, a o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy określone w umowie. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany w treści umowy.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 Par. 7 ust. 7 wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość wymiany uszkodzonych części na części rekondukcjonowane przez wytwórcę aparatu, przy założeniu, że takie części spełniają te same standardy jakości co części fabrycznie nowe i są objęte takimi samymi warunkami gwarancji co części fabrycznie nowe?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust 7 i nadaje mu nowe brzmienie: „W przypadku dokonywania naprawy gwarancyjnej urządzenia, wszystkie wymienione elementy będą fabrycznie nowe lub rekondukcjonowane i dopuszczone do montażu w urządzeniu przez jego producenta i są objęte takimi samymi warunkami gwarancji co części fabrycznie nowe”

Pytanie nr 3 Par. 7 ust. 9 wzoru umowy

Czy z uwagi na fakt, że technologia wytwarzania urządzeń medycznych ulega zmianom Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tego zapisu w następujący sposób:

Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 7 ust 9 i nadaje mu nowe brzmienie: „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 8 lat”.

Pytanie nr 4 Par. 8 ust. 2 wzoru umowy

Zwracamy uwagę, że limit kar ustalony na poziomie 30% wartości brutto umowy może doprowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności.



Wskazać należy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie 30% wynagrodzenia Wykonawcy jest sprzeczne z celem tego postanowienia. W związku z tym, proponujemy określenie limitu kar umownych do wysokości 20 % wartości brutto umowy, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Czy w związku z wdrożonymi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) Zamawiający rozważy zawarcie dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych wykonywanych w miejscu instalacji bądź zdalnie poprzez sieć komputerową? Zawarcie takiej umowy jest istotne z punktu widzenia ww. wdrożonych zmian w regulacjach prawnych pod kątem wykonywania zobowiązań wynikających z gwarancji np. przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych oraz napraw, zarówno stacjonarnie jak i przy wykorzystaniu połączenia zdalnej diagnostyki.

Odpowiedź: Jeżeli realizacja umowy będzie związana z przetwarzaniem danych osobowych, zawarcie umowy dotyczącej przetwarzania danych osobowych będzie kwestią obligatoryjną.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Z-ca DYREKTORA
ds. leczenia
Krzysztof Bidas

Dział Zamówień Publicznych
tel: 41/30-33-269 fax: 41/366-00-14
edyta.kwasniewska@wszkielce.pl