



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, 03.12.2021 r.

Znak: EZ/158/2021/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii” dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ III

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r poz. 1129) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania bez przedłużenia terminu składania ofert:

Pakiet 5 - Aparat do znieczuleń plus monitorowanie

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści rok produkcji 2020?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, reszta parametrów bez zmian.

Pytanie nr 2 Czy z uwagi na wysokie zapotrzebowanie na tlen w dobie pandemii, Zamawiamy będzie wymagał aparatu do znieczulenia z respiratorem elektrycznym nie zużywającym tlenu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Bidas

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych