



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce 15.12.21 r.

Znak sprawy EZ/161/2021/ALD

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na „Zakup i dostawę asortymentu do zabiegów ortopedycznych”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w Postępowaniu.

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 1 – Endoproteza stawu biodrowego

Czy Zamawiający w zadaniu dopuści ofertę alternatywną dla zachowania wymogu większej konkurencyjności? Oferta nie odbiega od wyspecyfikowanych parametrów i zawiera:

Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, przynasadowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przyśrodkowym. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Możliwe zastosowanie implantu w każdym ze znanych dostępów chirurgicznych.

Trzpień cementowany prosty, wykonany ze stopu CoCr w 10 rozmiarach od 7,5 mm do 20 mm w najszerszym miejscu, konus szyjki 12/14 z jednym wzdłużnym rowkiem i spłaszczony bocznie dla lepszej antyrotacyjnej stabilności. Opcjonalnie dostępny również w długościach 200 mm do 260 mm

Głowa ze stopu CoCr w min. trzech długościach szyjki w rozmiarze 22 mm, w min. czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 28 i 32 mm, głowa CoCr o zwiększonej gładkości w min. czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 36, 40, 44 mm oraz głowy ceramiczne wykonane z ceramiki Biolox Forte o średnicach 28,32,36 mm i min. 3 długościach szyjki.

Głowa bipolarna (zewnątrzna) wykonana ze stopu CoCr dla głowy wewnętrznej 28 mm, w rozmiarach zewnętrznych od 42 mm do 60 mm, ze skokiem co 1 mm.

Panewka bezcementowa typu press-fit pokryta porowatością tytanową i hydroksyapatytem, z podwójnym mechanizmem zamykającym dająca możliwość zastosowania śródoperacyjnie wkładu ceramicznego lub polietylenowego, w dwóch rodzajach: bezotworowa lub z 3 bądź 5 otworami z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą śrub w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 72 mm. Jako opcja dostępna również panewka wielootworowa typu „multihole”.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 22mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Możliwość zastosowania głowy 36 mm w rozmiarze panewki od 46 mm.

Śruby o średnicy 6,5 mm w długościach od 16 do 60 mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 5 – Membrana kolagenowa

Czy zamawiający wymaga, aby membrana posiadała skuteczność w rekonstrukcji chrząstki stawowej potwierdzoną minimum 9 letnimi badaniami klinicznymi?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wymaga.

Opis przedmiotu zamówienia w poz. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Membrana posiada skuteczność w rekonstrukcji chrząstki stawowej potwierdzoną minimum 9 letnimi badaniami klinicznymi. Rozmiaru 30x40 i 20x30.”

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 5 – Membrana kolagenowa

Czy zamawiający wymaga, by membrana posiadała w zestawie aluminiowy szablon do odwzorowania kształtu i rozmiaru ubytku - który jest niezbędny do prawidłowej implantacji ?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wymaga.

Opis przedmiotu zamówienia w poz. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Membrana posiada skuteczność w rekonstrukcji chrząstki stawowej potwierdzoną minimum 9 letnimi badaniami klinicznymi. Rozmiaru 30x40 i 20x30. W zestawie aluminiowy szablon do odwzorowania kształtu i rozmiaru ubytku.”

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 5 – Membrana kolagenowa

Czy zamawiający wymaga, by górna - zbita warstwa membrany była oznaczona piktogramem?

W przypadku membrany kolagenowej bardzo ważna jest strona membrany i gwarantuje to poprawne osadzenie implantu. W kontakcie z krwią, bądź solą fizjologiczną poprawny kierunek implantacji membrany powinien być widocznie oznaczony.

Odpowiedź:

Tak Zamawiający wymaga.

Opis przedmiotu zamówienia w poz. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Membrana dwuwarstwowa, kolagenowa, biodegradowalna do wypełniania i napraw ubytków chrzęstnych. Membrana posiada skuteczność w rekonstrukcji chrząstki stawowej potwierdzoną minimum 9 letnimi badaniami klinicznymi. Rozmiaru 30x40 i 20x30. W zestawie aluminiowy szablon do odwzorowania kształtu i rozmiaru ubytku. Warstwa górna membrany o strukturze zbitej, oznaczona piktogramem, warstwa dolna o luźnej strukturze włókien kolagenowych.”



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie 5

Dotyczy umowy użyczenia

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości przekazania przedmiotu użyczenia wyprodukowanego w 2017 roku?

Odpowiedź:

Zmawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie przedmiotu użyczenia wyprodukowanego w 2017 roku.

Wskazane powyżej zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część.

Należy je uwzględnić w treści składanych ofert z odpowiednią adnotacją pod pakietem.

Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail anna.dobrowolska@wszkielce.pl

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stępiński

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Dział Zamówień Publicznych
Anna Łęcka Dobrowolska
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14
e-mail. anna.dobrowolska@wszkielce.pl

