



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Znak: EZ/28/2022/SN

Kielce M.02...2022

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na: Sukcesywne dostawy koszyków jednorazowych 4 ramiennych do usuwania kamieni do zabiegów ECPW dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowego czterodrutowego koszyka typ basket do usuwania złożeń, małych kamieni i ciał obcych z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,35 mm, dł. 200 cm, szerokość rozłożonego koszyka 25 mm ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zaproszeniem.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca oświadcza, iż dostarczony towar będzie miał okres przydatności do użycia minimum 8 miesięcy, jak również że dostawy będą realizowane w sposób zapewniający trwałość cech właściwych dla danego towaru (odpowiednie opakowanie, transport w temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), pod rygorem wymiany asortymentu na koszt i ryzyko dostawcy na towar pełnowartościowy w rozumieniu niniejszego ustępu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zaproszeniem.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo niepełnej realizacji umowy w zakresie ilości asortymentu określonego w zał. nr 1 w zależności od bieżących, jednak nie mniej niż 60% wartości ogólnej umowy”?

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Strony ustalają, że dostawa nastąpi w terminie 4 dni roboczych od wezwania o którym mowa w ust. 1 Dostawy realizowane będą wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku (w godz. od 8:00 do 14:00), za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2020r, poz.1920)”?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź: Zapis w treści umowy wynika wprost z normy uregulowanej w Ustawie o działalności leczniczej, która ma walor przepisu imperatywnego o charakterze bezwzględnym, to jest nie może podlegać żadnej zmianie i musi być stosowany wprost.

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i wprowadzenie go do umowy: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2, reklamację poczytuje się za uznaną a Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy. Koszty tzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę. Zapis §9 ust. 4 stosuje się odpowiednio”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., w wysokości 7% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy/dostaw, o których mowa w § 6 ust. 1”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 10

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 70,00 zł licząc za każdy dzień roboczy zwłoki ponad termin określony w umowie”?



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę

Pytanie 11

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień roboczy zwłoki ponad termin określony w umowie”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 12

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „..., w wysokości 70,00 zł za stwierdzone uzasadnione uchybienie”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 13

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., Wykonawca trzykrotnie jest w zwłoce w wydaniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o 5 dni roboczych ponad terminy określone w umowie”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 14

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący: „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20 % wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, ...

b) Wykonawca jest w zwłoce w wydaniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o 5 dni roboczych ponad terminy określone w umowie.

c) Wykonawca trzykrotnie został ukarany za naruszenie tożsamyh obowiązków określonych w umowie”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 16

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1, poz. 1 jednorazowego koszyka do usuwania złągów, małych kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4 drutowy trapezoidalny; szerokość rozłożonego koszyka do wyboru: 15 x 30 mm, 20 x 40 mm, 25 x 50mm, 30 x 60 mm; posiada port iniekcyjny; kompatybilny z systemem RX.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zaproszeniem.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sylvia Nartowska
Inspektor

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

