



Kielce 22.02.2022 r.

znak sprawy EZ/25/2022/SN

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na Sukcesywne dostawy koncentratów zasadowych suchych wraz z dzierżawą 4 aparatów do dializ dla potrzeb Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika 2b do SWZ punkt 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do HD z zamkniętym obiegiem do automatycznej dezynfekcji aparatu HD i wszystkich jego elementów poza bagnetami ssawek? W przypadku stosowania suchej kapsuły z wodorowęglanem oraz worków z koncentratem kwaśnym bagnetety nie są stosowane.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dotyczy załącznika 2b do SWZ punkt 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z indywidualnym systemem blokowania kół, który jest bardziej praktyczny i wygodny w sytuacji przestawiania i ustawiania aparatu?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenie w ww. postępowaniu konkurencyjnej oferty i dopuszczenie w załączniku nr 2b do SWZ aparatów jak niżej:

Ad. 10 Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie od 50 – 600 ml/min oraz

Ad. 18 Indywidualny system blokowania kół. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Prosimy o dopuszczenie aparatu do hemodializy w załączniku nr 2b do SWZ w pkt. 4 Automatyczne obliczanie klirensu mocznika na podstawie danych pacjenta oraz zabiegu. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy załącznika 2b do SWZ punkt 27:

Czy zamawiający wymaga graficznego dotykowego ekranu, nie emitującego promieniowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sylwia Nartowska
Inspektor

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14
e-mail. sylwia.nartowska@wszkielce.pl

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach

Bartosz Siemplewski