



Znak: EZ/27/2022/KS

Kielce 07.03.2022 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWNAYCH

dotyczy postępowania na: „Sukcesywne dostawy odczynników do analizatorów wraz z użyczeniem aparatów dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika 2A, 2B - Pakiet nr 1, zadanie nr 1,2,3,4 oraz pakiet nr 2 – zadanie nr 1 „Zamawiający wymaga, aby termin ważności odczynników wynosił minimum 12 miesięcy.” oraz zał. nr 3a „Wzór umowy” - §3 pkt. 4

Ze względu na zastosowane technologie i cykl produkcyjny producenta, okres gwarancji wynosi maksymalnie 4 miesiące od daty produkcji. Wykonawca nie ma wpływu na okres gwarancji określony przez producenta. Czy w związku z powyższymi faktami Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników i materiałów zużywalnych z 3 miesięcznym terminem ważności licząc od daty dostawy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych z 3 miesięczną datą ważności od dnia dostawy do WSzZ w Kielcach.

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Karolina Skiba
INSPEKTOR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski