



Kielce, 07.03.2022 r.

EZ/50/2022/MK

Dotyczy: *Zakup i dostawa wraz z montażem kamery do toru wizyjnego mikroskopu operacyjnego HI – R900 na potrzeby Kliniki Okulistyki z Salą Operacyjną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*”.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

#### Dotyczy Załącznika nr 2 do Zaproszenia

##### Pytanie nr 1

Statyw FS 3-31 jest częścią wyposażenia mikroskopu Hi-R 900 używanego przez Zamawiającego. Statyw FS 3-21 nie jest już produkowany. Czy Zamawiający w punkcie 16 wymaga kompatybilności toru wizyjnego z posiadanym, statywem FS 3-31?

##### Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 do Zaproszenia w pkt.16 tabeli w następujący sposób:

16	Kamera kompatybilna ze statywem jezdnym FS 3-31	TAK	
----	---	-----	--

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

*Magdalena Kuszewska*  
INSPEKTOR

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

*mgr Sebastian Szaniawski*

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*