

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dnia 08.03.2022 r.

Znak sprawy: EZ/1/2022/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021, poz. 1129) na „Dostawy testów, podłoża i odczynników mikrobiologicznych dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, działając w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 do Pakietu nr 10

Pytanie do opisu przedmiotu, punkt 1. Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy pod opisem „z buforem transportowym i substancją stabilizującą” rozumie się podłoże/pożywkę transportową z substancją inaktywującą wirusy (na przykład sole chaotropowe guanidyny itp) czy może standardowe podłoże transportowe dla wirusów zawierające antybiotyki i antymykotyki (tak zwane VTM)?

Odpowiedź: Zamawiający przez bufor transportowy z substancją stabilizującą ma na myśli podłoże transportowe dla wirusów VTM.

Pytanie nr 2 do Pakietu nr 10

Pytanie do opisu przedmiotu, punkt 3. Zwracamy się do zamawiającego o dopuszczenie zestawów których elementem są sterylne, pakowane osobno wymazówki, z flokowaną nylonową końcówką i przewidzianym przez producenta punktem odłamania w odległości 85 mm od główki wymazówki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 do Pakietu nr 10


Czy Zamawiający wymaga aby wraz z zestawami do pobierania wymazów dostarczane zostały, w takiej samej ilości, również woreczki strunowe z oznaczeniem piktogramem „*BIOHAZARD/ Zagrożenie biologiczne*” pozwalające na dodatkowe bezpieczne i szczelne zabezpieczenie, szczelnie zamkniętej próbówki transportowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 4 do Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 15 i 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży z terminem minimum 11 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podłoża z terminem minimum 11 tygodni od daty dostawy.



Pytanie nr 5 do Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 13 i 14 wyrazi zgodę na zaferowanie podłóż o objętości 5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podłoża o objętości 5ml.

Pytanie nr 6 do Pakietu nr 3

Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie podłóż stałych na płytkach Petriego, przy czym opakowanie zawiera 10 szt.? – dot. poz. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podłoża stałe na płytkach Petriego w opakowaniach po 10 szt. dla pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Pytanie nr 7 do Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści pożywkę, której objętość wynosi 10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pożywkę o objętości 10 ml.

Pytanie nr 8 do postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów § 9 umowy w następujący sposób:

” 1) *Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:*

a) *za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem przypadków określonych w § 10 - w wysokości 10% z wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1,*

2) *Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:*

a) *za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1,*

b) *za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,*

c) *za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,*


d) *w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia niż gwarantuje wykonawca wg załącznika nr ..., każdorazowo w wysokości 100,00 zł za stwierdzone uchybienie.”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 9 do Pakietu nr 5 poz. 5

Czy Zamawiający zezwoli na zaferowanie zestawu diagnostycznego CARBA przeznaczonego do szybkiej identyfikacji bakterii wytwarzających karbapenemazy, w wyniku której, za sprawą enzymatycznej hydrolizy pierścienia β -laktamowego, zabarwienie zaszczepionego roztworu zmienia zabarwienie z czerwono-różowego na żółty, wskazując na dodatni wynik testu. Test wykazuje bardzo wysoką specyficzność 100% (95%CI: 92,38% - 100%) i czułość 97,65% (95%CI: 87,10% - 99,59%). Test wyspecyfikowany przez Państwa jest wyraźnym wskazaniem (łącznie z poz. 4 tego pakietu) konkretnego producenta, co narusza zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Szczepy wytwarzające karbapenemazy stanowią obecnie jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych w szpitalu. Naszym celem jest jak najszybsze i wiarygodne wykrycie nosicielstwa tego typu szczepów. Nie wskazujemy konkretnego producenta a jedynie ogólne założenia jakie powinien spełniać test i podłoże niezbędne do osiągnięcia założonego przez nas celu.



Pytanie nr 10 do Pakietu nr 6 poz. 1, 2

Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie w poz. 1 i 2 opakowania jednostkowego zawierającego 10 szt. pakowanych w folię a następnie w opakowanie zbiorcze kartonowe a 100 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 1 opakowania jednostkowego zawierającego 10 szt. pakowanych w folię oraz opakowanie zbiorcze kartonowe a 100 sztuk.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 2 opakowania jednostkowego zawierającego 10 szt. pakowanych w folię ale nie wyraża zgody na opakowanie zbiorcze kartonowe większe niż 20 szt.

Pytanie nr 11 do Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w pozycji nr 5 odstąpi od wymogu aby test posiadał potwierdzenie walidacji w certyfikacie kompatybilności producenta?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ oraz odpowiedzią na pytanie nr 9.

Pytanie nr 12 do SWZ (dot. rozdziału 6 SWZ)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę przedmiotu dzierżawy do 28 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym pkt 6 SWZ otrzymuje brzmienie: „(...) Wykonawca dostarczy przedmiot użyczenia/dzierżawy do Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na własny koszt i ryzyko w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy użyczenia/dzierżawy.”

Pytanie nr 13 (dot. formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 2 do SWZ)

Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o kolumnę z ceną netto za opakowanie, z racji tego, że na fakturze podawana jest cena netto za opakowanie?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 (dot. formularza cenowego – załącznik nr 2, pakiet 1 ** oraz pkt 3,4,5 oraz pakiet 2 ** oraz pkt 23,24,25 oraz pakiet 4 ** oraz pkt 8,9,10 oraz pakiet 5 ** oraz pkt 7,8,9 oraz pakiet 6 ** oraz pkt 12,13,14)

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się karty charakterystyki, instrukcje wykonania, ulotki w języku polskim oraz certyfikaty kontroli jakości w języku angielskim i odstąpi od wymogu dołączenia ich do pierwszej dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 15 (dot. formularza cenowego – załącznik nr 2, pakiet 1 pkt 1 lit a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności 4-6 miesięcy w momencie dostawy?


Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty z minimalnym terminem ważności 4-6 miesięcy w momencie dostawy.

Pytanie nr 16 (dot. formularza cenowego – załącznik nr 2, pakiet 2 pkt 10)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie odpowiedniego dokumentu do oferty i odstąpi od wymogu dołączenia go do dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Pytanie nr 17 (dot. formularza cenowego – załącznik nr 2, pakiet 4 pkt 2 oraz pakiet 5 pkt 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności 4 tygodnie w momencie dostawy?

Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty z minimalnym terminem ważności 4 tygodnie w momencie dostawy.

Pytanie nr 18 (dot. formularza cenowego – załącznik nr 2, pakiet 4 pkt 11 oraz pakiet 5 pkt 10 oraz pakiet 6 pkt 2,8)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie certyfikatu ISO, opinii KORLD, listę dostępnych pasków do oferty i odstąpi od wymogu dołączenia ich do pierwszej dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 19 (dot. formularza cenowego – załącznik nr 2, pakiet 6 pkt 11)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności w poz. 1-4 - 3 tygodnie, w poz. 5-7 – 7 miesięcy, w poz. 8 – 8 miesięcy w momencie dostawy?

Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkty z minimalnym terminem ważności w poz. 1-4 - 3 tygodnie, w poz. 5-7 – 7 miesięcy, w poz. 8 – 8 miesięcy w momencie dostawy.

Pytanie nr 20 do Pakietu nr 1 (poz. 16)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu końcówek który wynosi 330 sztuk / 1 zestaw i przewodów z filtrem do napełniania probówek dla antybiogramów? Jeżeli tak to należy zaoferować 80 op.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 (dot. pakietu 2: Projekt umowy § 3b, pkt. 1 oraz pkt. 20 parametry wymagane)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę oraz instalację aparatu w terminie do 28 dni z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym §3 ust. 1 zał. nr 3b otrzymuje brzmienie: „*Wydierżawiający dostarczy przedmiot dzierżawy w miejsce wskazane przez Dzierżawcę na własny koszt i ryzyko w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy.*” oraz pkt 20 w pakiecie nr 2 w zał. nr 2 otrzymuje brzmienie: „*Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi analizator w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy.*”.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla aparatu do monitorowania i detekcji drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów w oprogramowaniu, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania oraz udzielanie szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium?

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o wprowadzenie następującego zapisu do umowy w zakresie umożliwienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania oferowanego dla aparatu do monitorowania i detekcji drobnoustrojów we krwi i płynach ustrojowych .



„Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym w zał. nr 3b w §3 Zamawiający dodaje ust. 13 o treści: „*Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania, udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.*”.

Pytanie nr 23 do Umowy (zał. nr 3): §3 ust. 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki, Wykonawca zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą produktu dostarczyć kartę charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania ww. dokumentu.

W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia kart charakterystyk w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie kart charakterystyk w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www.”?

Uzasadnienie: Z uwagi na brak technicznych możliwości spełnienia powyższych wymagań wynikających z lokalizacji magazynu centralnego oraz rozproszonej struktury organizacyjnej Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie możliwości wprowadzenia do umowy powyższego sformułowania. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do kart charakterystyk w ich najbardziej aktualnej wersji.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym w zał. nr 3 §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „*W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki, Wykonawca zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą produktu dostarczyć kartę charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu nie jest wymagana karta charakterystyki produktu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie wraz z informacją o braku obowiązku stosowania ww. dokumentu.*

W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia kart charakterystyk w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie kart charakterystyk w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www.”

Pytanie nr 24 do Umowy (zał. nr 3): §3 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy instrukcję wykonania testu w języku polskim oraz ulotki/materiały informacyjne do oferowanych produktów w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest załączyć certyfikaty kontroli jakości do każdej serii dostarczanych produktów w języku polskim. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia powyższych dokumentów na zasadach i w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uzna za spełnienie warunku



udostępnienie dokumentów w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www.....”?

Uzasadnienie: Z uwagi na brak technicznych możliwości spełnienia powyższych wymagań wynikających z lokalizacji magazynu centralnego oraz rozproszonej struktury organizacyjnej Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie możliwości wprowadzenia do umowy powyższego sformułowania. Dzięki nieograniczonemu dostępowi do biblioteki technicznej Zamawiający będzie miał całodobowy i bezpłatny dostęp do wymienionych dokumentów w ich najbardziej aktualnej wersji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym w zał. nr 3 §3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: *„Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy instrukcję wykonania testu w języku polskim oraz ulotki/materiały informacyjne do oferowanych produktów w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest załączyć certyfikaty kontroli jakości do każdej serii dostarczanych produktów w języku polskim. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczenia powyższych dokumentów na zasadach i w sposób wskazany powyżej, Zamawiający uznaje za spełnienie warunku udostępnienie dokumentów w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www.....”*

Pytanie nr 25 do Umowy (zał. nr 3): §7 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Uzasadnienie: Wykonawca w okresie realizacji umowy będzie dostarczał do Zamawiającego towar za pośrednictwem firmy kurierskiej, a potwierdzenie realizacji zamówienia stanowić będzie podpisany przez Zamawiającego list przewozowy, który będzie każdorazowo zamieszczony na realizowanej przesyłce.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z dostarczenia wraz z fakturą potwierdzenia realizacji dostawy.

Pytanie nr 26 do Umowy (zał. nr 3): §8 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do:”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z faksu jako środka komunikacji.

Pytanie nr 27 do Umowy (zał. nr 3): §9 ust. 1 pkt 2 lit. A

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



Pytanie nr 28 do Umowy (zał. nr 3): §9 ust. 1 pkt 2 lit. B

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 300,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 29 do Umowy (zał. nr 3): §9 ust. 1 pkt 2 lit. C

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 350.00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,”?



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 30 do Umowy (zał. nr 3): §3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te produkty spełniały wymagania ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, które muszą podlegać ww. ustawie ze względu na swoją klasyfikację?

Uzasadnienie: O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg dyrektywy nr 98/79/WE lub 93/42/EWG decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają obowiązkowi posiadania dopuszczenia do obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 31 do Umowy (zał. nr 3a): §2 ust. 1 lit. f

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby tylko te produkty spełniały wymagania ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, które muszą podlegać ww. ustawie ze względu na swoją klasyfikację?

Uzasadnienie: O klasyfikacji wyrobów/odczynników wg dyrektywy nr 98/79/WE lub 93/42/EWG decyduje wytwórca danego wyrobu, a wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o wyrobach medycznych i nie podlegają obowiązkowi posiadania dopuszczenia do obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32 do Umowy (zał. nr 3a): §2 ust. 2 lit. c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii do 48 godzin w dni robocze? Jeżeli nie, czy wyrazi zgodę na czas usunięcia awarii 24 godziny w dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii do 48 godzin w dni robocze. W związku z powyższym §2 ust. 2 lit. c zał. nr 3a otrzymuje brzmienie: „*usunąć awarię do 48 godzin w dni robocze od chwili jej zgłoszenia przez Biorącego do używania. Zgłoszenie należy kierować do Pan/Pani ,tel.e- mail*”

Pytanie nr 33 do Umowy (zał. nr 3a): §4 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę przedmiotu użyczenia do 28 dni?


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym §4 ust. 1 zał. nr 3a otrzymuje brzmienie: „*Użyczający dostarczy przedmiot użyczenia w miejsce wskazane przez Biorącego do używania na własny koszt i ryzyko w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy użyczenia.*”

Pytanie nr 34 do Umowy (zał. nr 3b): 23. §3 ust. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę przedmiotu dzierżawy do 28 dni?

Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy analizatora z dotychczasowych czternastu dni do dwudziestu ośmiu dni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym §3 ust. 1 zał. nr 3b otrzymuje brzmienie: „*Wydzierżawiający dostarczy przedmiot dzierżawy w miejsce wskazane przez Dzierżawcę na własny koszt i ryzyko w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy.*”



Pytanie nr 35 do Umowy (zał. nr 3b): §5 ust. 1 pkt 2 lit. b

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej i modyfikację postanowienia umownego w poniżej zaproponowany sposób: „za zwłokę w dostawie przedmiotu dzierżawy zgodnego z umową – 1.500,00zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 36 do Umowy (zał. nr 3b): §5 ust. 1 pkt 2 lit. c

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności przedmiotu dzierżawy z umową, stwierdzonych w okresie dzierżawy – 350 zł licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie.?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy uwzględnić je w treści składanej oferty.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH
mgr Edyta Słowińska
INSPEKTOR