

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, dn. 11 03.2022 r.

Znak sprawy: EZ/43/2022/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 tj.) na **Zakup i sukcesywną dostawę leczniczych i technicznych środków koniecznych do wykonania zabiegów diagnostycznych i leczniczych koronografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz.1129 tj.), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Pakiet 1 - Cewnik balonowy do restenozy w stencie

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewnika balonowego do restenozy w stencie o n/w parametrach:

Maksymalne RBP – 14,18 bar
kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F.
3 trójkątne elementy nacinające i zapobiegające ześlizgiwaniu się balonu ustawione pod kątem 120° Owinięte wokół balonu, przy zachowaniu niskiego profilu balonu Wykonane z wytrzymałego materiału nylonowego Po rozprężeniu balonu elementy nacinające automatycznie układają się w docelowym położeniu, dzięki temu charakteryzują się lepszymi właściwościami mechanicznymi
shaft proksymalny 2,1
shaft dystalny 2,7 F
Długość balonu od 13 mm
Przedział średnic balonu od 2,0 mm do 4,0 mm

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź:


Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 2

Dotyczy: Pakiet 7 - Adapter umożliwiający wykonanie inflacji w technice "kissing baloon" przy pomocy jednego inflatora

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie adaptera umożliwiającego wykonanie inflacji w technice "kissing baloon" przy pomocy jednego inflatora o n/w parametrach:

Adapter składający się z zaworu trójdrożnego i połączonych z nim dwóch przedłużek



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Zawór trójdrożny z płynnym ustawianiem pokrętki zaworu w zakresie 360 stopni.
do dwóch końcówek zaworu podłączone dwie przedłużki o długości 12 +/- 2 cm, zakończone końcówką "męską", która umożliwia bezpośrednio podłączenie sprzętu do angioplastyki wewnątrznacyniowej, bez konieczności dołączania dodatkowych drenów. Wszystkie dostępne produkty do angioplastyki wewnątrznacyniowej posiadają końcówki żeńskie uniemożliwiające bezpośrednie połączenia z adapterem zaopatrzone w tego samego typu końcówki.
trzecia końcówka do podłączenia inflatora - "żeńska".
Zawór i przedłużki wykonane z przezroczystego materiału
Adapter wytrzymujący w całości ciśnienie do 70 bar
W zestawie wymagane dwie o różnych kolorach samoprzylepne taśmy /naklejki do oznaczenia przedłupek.

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy zamawiający w Zadaniu 5 dopuści balony do kontrapulsacji amerykańskiego producenta z dwiema pojemnościami w przedziale 30-40cc zamiast przedziału 34-40cc?

Balony spełniają pozostałe wymogi swz

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający, w zakresie części nr 6, dopuści złożenie oferty z cewnikiem dwuświatłowym o długości 140cm, z taperowaną końcówką dystalną, długość odcinka szybkiej wymiany (RX) 21cm, dystans pomiędzy końcówką RX a portem OTW 6,5mm, pokrytym hydrofilnie, średnica zewnętrzna części dystalnej 2,2F, kompatybilny z cewnikiem 5F, wyposażonym w dwa markery radioceniujące?

Odpowiedź:

Nie, Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 5

Dot. do umowy § 9 Kary umowne ust. 1 ppkt 2 b.

Zawracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów umowy na:

” Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego towaru licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr *Sebastian Szaniawski*

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr *Magdalena Wojcik*
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl