



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)

[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



EZ/ZP/30/2022/ES

Kielce dn. 18.03.2022r

*Do wszystkich zainteresowanych*

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) na Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Kliniki Neonatologii i Ś. C. P. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r poz. 1129 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie 1**

**dot. Pakietu nr 1 poz. 5**

W związku z wycofaniem czujnika noworodkowego typu Y, prosimy o dopuszczenie zamiennika, czyli noworodkowego, prostego czujnika przepływu ISO 15.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2**

**dot. umowy § 9 – Kary umowne, ust. 1, pkt.2.**

Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kar umownych na następujące:

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

- b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnie z umową – w wysokości 100,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50.00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
- d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 24 miesiące okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 50,00 zł za stwierdzone uchybienie

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych.

**Pytanie 3**

**dot. umowy § 8 – Rękojmia za wady, gwarancja jakości, ust.1.**

Prosimy o zmianę długości gwarancji z 24 na 12 miesięcy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4**

**dot. umowy § 2 – Termin, ust.2.**

Mając na uwadze okres trwania umowy (24 miesiące) prosimy o wprowadzenie modyfikacji w zapisie na następujący: Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obowiązywania umowy o



okres maksymalnie 3 miesiące w przypadku, gdy asortyment wskazany w załączniku nr ..., nie zostanie w pełni wykorzystany w podstawowym okresie obowiązywania umowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Pytanie 5

##### dot. Pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę z workiem do wysokich koncentracji tlenu spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 6

##### dot. Pakietu nr 5

Prosimy o podanie nr katalogowego/referencyjnego czujnika obecnie stosowanego przez Zamawiającego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami.

**Odpowiedź:** Zamawiający obecnie stosuje czujnik o nr katalogowym 44-16.

#### Pytanie 7

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w opisie wniesienia wadium, tj. z adnotacją „Wadium w sprawie ZP/EZ/8/2022/ES (...)” ?

**Odpowiedź:** Punkt 42 ppkt 1) SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

*„wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 83 1020 2629 0000 9502 0015 7107 z adnotacją „Wadium w sprawie nr EZ/ZP/30/2022/ES, Pakiet nr ...”, zaś potwierdzenie dokonanej wpłaty w formie zaleca się dołączyć do oferty”*

#### Pytanie 8

##### dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne czujniki SpO2 producenta kardiomonitorów Nihon Kohden dla noworodków (< 3 kg) podbicie, dorosły (> 40 kg) palec, długość przewodu 0.8 m, mocowane za pomocą samoprzylepnej, delikatnej i cienkiej taśmy zapewniającej bezpieczne mocowanie ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### Pytanie 9

##### dot. Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oryginalne czujniki SpO2 producenta kardiomonitorów Nihon Kohden w oryginalnym zbiorczym opakowaniu producenta zawierającym 24 sztuki czujników? Rozpakowywanie i przepakowywanie zbiorczych opakowań producenta znacząco zawyży cenę oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający będzie kupował na sztuki.

#### Pytanie 10

##### dot. umowy § 8 ust. 1

Wykonawca wnosi o odstąpienie od wymogu udzielania 24-miesięcznej gwarancji na rzecz 36-miesięcznego terminu przydatności do użycia. Asortyment, tj. jednorazowy czujnik SpO2 jest asortymentem jednorazowego użytku i nie podlega gwarancji producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis. Gwarancja na produkt jednorazowy upływa w momencie jego zużycia, jednakże występują sytuacje iż pomimo posiadania przez produkt prawidłowego terminu przydatności do użycia, produkty posiadają wady występujące w danej partii



produkcyjnej, która uniemożliwia ich prawidłowe użytkowanie. W takich przypadkach mają zastosowanie postanowienia umowy w zakresie gwarancji na produkt.

#### **Pytanie 11**

##### **dot. umowy § 8 ust. 2**

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych.

##### **Odpowiedź: § 8 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:**

*„W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do:*

- *usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji lub*
- *przesłania decyzji o odmowie reklamacji z uwzględnieniem powyższych terminów”*

#### **Pytanie 12**

##### **dot. Pakietu nr 3 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego o uzasadnienie merytoryczne i przedstawienie badań naukowych uzasadniających stosowanie powłoki antybakteryjnej opartej na zasadzie działania jonów srebra. Ponadto informujemy iż długie używanie obwodu oddechowego u tego samego pacjenta prowadzi do tworzenia warunków do rozwoju grzybów. Z naszej wiedzy wynika iż pacjent z reguły przebywa na wentylacji nCPAP około 5 i każdy dostępny na rynku obwód oddechowy, jałowy daje możliwość przeprowadzenia skutecznej wentylacji. Zapis mówiący o jonach srebra jest zabiegiem nieuzasadnionym merytorycznie i ma na celu ograniczyć konkurencję stawiając na uprzywilejowanej pozycji jednego dostawcę. Dlatego prosimy o merytoryczne uzasadnienie lub dopuszczenie obwodów oddechowych nie posiadających w swoim składzie jonów srebra. Prosimy również o zgodę na dopuszczenie komory nawilżacza z innym zabezpieczeniem antyprzelewowym niż dwa pływalki. Prosimy również o uzasadnienie merytoryczne dla fioletowego koloru linii wdechowej!!!! Każdy obwód oddechowy jest odpowiednio oznaczony kolorami i nie jest to wymagane żadnymi przepisami mówiącymi o konkretnym kolorze. Dlatego wnosimy o odstąpienie od takiego zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie odstępuje od wymogu zabezpieczenia przeciwdrobnoustrojowego opartego na działaniu jonów srebra, gdyż zagraża to bezpieczeństwu noworodków, które są podatne na szkodliwe działanie bakterii (w tym opornych na antybiotyki), wirusów i grzybów. Układ pacjenta ma posiadać ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra o udowodnionej w badaniach skuteczności. Zamawiającemu znane są co najmniej 2 firmy dysponujące technologią wykorzystującą polimery z jonami srebra do produkcji układów pacjenta. Dopuszczamy układy z innym kolorem linii wdechowej i komorę nawilżacza wyposażoną w 2 pływalki lub kołnierze zabezpieczające przed nadmiernym parowaniem lub przelaniem wody do układu oddechowego.

#### **Pytanie 13**

##### **dot. Pakietu nr 5**

Prosimy o dopuszczenie szerszego zakresu wagowego < 3kg i > 30kg.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.


#### **Pytanie 14**

##### **dot. Pakietu nr 5**

Prosimy o potwierdzenie czy chodzi o czujnik z wtykiem DB9? (jest to standardowe połączenie czujników typu Nihon Kohden).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza czujnik z wtykiem DB9.

#### **Pytanie 15**



**dot. Pakietu 10 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt maskę tlenową w dwóch uniwersalnych rozmiarach dla dzieci i dorosłych z drenem o dł. 200cm, pozostałe parametry zgodnie z Swz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 16**

**dot. Pakietu nr 10 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt maskę tlenową do wysokiej koncentracji tlenu z workiem i drenem o dł. 200cm w dwóch uniwersalnych rozmiarach dla dzieci i dorosłych z drenem o dl 200cm, pozostałe parametry zgodnie z Swz?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 17**

**dot. Pakietu nr 5**

Czy zamawiający dopuści Czujnik SPO2 jednorazowego użytku - Nihon Kohden dla noworodków (<3kg), dla dorosłych (>30kg), bezklejowy ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 18**

**Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Czy zamawiający zgodzi się zmienić zapis w: § 9 Kary umowne pkt 1. pkt 2) pkt b) i c) na następujący - „W przypadku zwłoki w dostawie lub wymianie wyrobu medycznego na wolny od wad, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego wyrobu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego wyrobu.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych.

**Pytanie 19**

**dot. Załącznik nr 3 do SWZ projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego § 9 Kary umowne**

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem przypadków określonych w § 10 - w wysokości 10% z wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 0,2% wartości zamówienia brutto, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,2% wartości wadliwego towaru brutto, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,

d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 24 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości 0,2% wartości dostarczanego towaru brutto za stwierdzone uchybienie



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 20 % wartości umowy.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, oraz kosztów, o których mowa w umowie, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. O potrąceniu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
  4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
  5. Postanowienia umowy dotyczące kar umownych pozostają wiążące dla stron w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych.

**Pytanie 20**  
**dot. Pakietu 10 poz. 2**

Czy Zamawiającemu chodzi o maskę tlenową z workiem (rezerwuarem) do wysokich koncentracji czy o maskę z drenem do średnich koncentracji?

**Odpowiedź:** Zamawiającemu chodzi o maskę tlenową dla dzieci i dorosłych, wydłużona pod brodę, do średnich koncentracji tlenu z workiem, dren długości co najmniej 210cm.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR  
Wojewódzki Szpital Zespolony  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
*mgr Edyta Stefańska*  
inspektor

**Dział Zamówień Publicznych**  
tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14  
[edyta.stefanska@wszkielce.pl](mailto:edyta.stefanska@wszkielce.pl)