



Kielce 22.03.2022r.

znak sprawy EZ/44/2022/SN

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na Zakup i sukcesywną dostawę pomp insulinowych dla III Oddziału Endokrynologiczno-Diabetologicznego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych? Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, że oferta cenowa składana w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy.

Wykonawca, który wygrał, w celu realizacji umowy o zamówienie publiczne może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty. W efekcie, wykonawca może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy o zamówienie publiczne, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową o zamówienie publiczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w punkcie 14 Załącznik nr 2a do SWZ modyfikacji zapisu na „Możliwość sterowania wszystkimi podstawowymi funkcjami pompy z poziomu glukometru -pilota lub bezpośrednio z pompy : bolus standardowy, przedłużony, złożony :

- tymczasowa dawka podstawowa
- wybór dawki podstawowej
- programowanie każdego profilu dawki podstawowej, ustawienie przypomnień ,
- ustawienie daty i godziny,
- ustawienia pompy
- zatrzymanie pompy

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę



Pytanie 3

Czy Zamawiający w punkcie 2 Załącznik nr 2b do SWZ dopuści modyfikację parametru na rok produkcji 2021/2022?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Dotyczy parametru 27 Załącznik 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuści modyfikację zapisu i dopuści zapis o treści:

Kalkulator bolusa posiłkowego będący integralnym, wewnętrznym elementem systemu do podawania insuliny, z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych.

Kalkulator bolusa wbudowany w pompie insulinowej daje gwarancję, że pacjent w każdej sytuacji ma do niego dostęp i może skorzystać z funkcji, która pozwala na precyzyjne wyliczenie dawki na posiłek z założeniem dodatkowej ochrony przed hipoglikemią.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Dotyczy parametru 28 Załącznik 2a do SWZ

Czy Zamawiający dopuści modyfikację zapisu i dopuści zapis o treści:

Kalkulator bolusa korygującego będący integralnym, wewnętrznym elementem systemu do podawania insuliny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych.

Kalkulator bolusa wbudowany w pompie insulinowej daje gwarancję, że pacjent w każdej sytuacji ma do niego dostęp i może skorzystać z funkcji, która pozwala na precyzyjne wyliczenie dawki korekcyjnej z założeniem dodatkowej ochrony przed hipoglikemią.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sylvia Nartowska
Inspektor

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski