



Kielce 04.04.2022 r.

znak sprawy EZ/67/2022/SN

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na Sukcesywne dostawy stentgraftów obwodowych oraz materiałów medycznych do zabiegów chirurgii naczyniowej dla potrzeb Kliniki Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie sprzętu o poniższych parametrach:
Balon nacinający składający się z dwóch drutów ścinających zmianę pod kątem 180° zapewniając zogniskowaną siłę podczas rozszerzania. Cewnik balonowy jest przeznaczony do poszerzania zwężeń w tętnicach biodrowych, udowych, biodrowo-udowych, podkolanowych, poniżej tętnic podkolanowych i nerkowych oraz poszerzania balonowego zmian zamykających światło własnej lub syntetycznej przetoki tętniczo-żylny do dializ. Urządzenie to jest też zalecane do wtórnego rozszerzania odpowiednich do poszerzania balonem stentów, samoistnie poszerzających się stentów, a także do stentgraftów naczyń obwodowych.

1. **Średnice:** od 2mm do 8mm
2. **Długości balonów:** od 20mm do 300mm
3. **Kompatybilny z przewodnikami:** 0.014"; 0.035"
4. **Typ:** OTW
5. **Dostępny w różnych długościach systemu roboczego:** 130cm, 150cm
6. **Zalecana koszulka** w zależności od rozmiaru: od 4F - 6F
7. **RBP** w zależności od rozmiaru: od 10 atm - 14 atm
8. Opaski znacznikowe GeoAlign® dla lepszej lokalizacji cewnika balonowego są umieszczone na trzonie cewnika w odstępach co 1 cm z dokładnością ± 1 mm. Co 10 cm umieszczono oznaczenie odstępów od dystalnej końcówki cewnika. Grubsze opaski oznaczają punkt na środku (5 cm) między oznaczonymi odstępami

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część.

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Sylvia Nartowska
Inspektor

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stępielewski