



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, 06.04.2022 r.

Znak: EZ/51/2022/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na „zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych zestawów operacyjnych, serwet, fartuchów chirurgicznych, materiałów medycznych jednorazowego użytku dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r poz. 1129) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 41-dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego, sterylnego, jednorazowego pełnobarierowego ze wstawkami nieprzemakalnymi. Fartuch wykonany z włókniny typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru) o gramaturze min. 70 g/m². Wzmocnienie w przedniej części fartucha oraz na rękawach wykonane z folii polietylenowej o gramaturze min. 40g/m². Włóknina antystatyczna, niepyląca, oddychająca, nieprzezroczysta; elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot; zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem. Konstrukcja fartucha w tylnej części gwarantująca sterylne plecy operatora podczas zabiegu. Kolor niebieski. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty producenta potwierdzające spełnienie wymagań. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Zgodny z normą PN-EN 13795. Rozmiary: S/M,L,XL,XLL,2XLL.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie 42-dotyczy Pakietu 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego, sterylnego, jednorazowego pełnobarierowego - wykonany z włókniny typu Spunlace (włóknina składająca się z masy celulozowej i poliestru) o gramaturze min. 70 g/m². Włóknina antystatyczna, niepyląca, oddychająca, nieprzezroczysta; elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot; zapinany przy szyi na rzep, troki mają być łączone kartonikiem. Konstrukcja fartucha w tylnej części gwarantująca sterylne plecy operatora podczas zabiegu. Kolor niebieski. Zgodny z normą PN-EN 13795. Rozmiary: S/M,L,XL,XLL,2XLL.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Szuplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szanicwski