



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce, dnia 08.04.2022

Znak sprawy: EZ/69/2022/MK

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy:** „Zakup i dostawa sprzętu medycznego tj. bilirubinometru- miernik żółtaczki, urządzenia do monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu, pulsoksymetru stacjonarnego, otoskopu panoramicznego oraz Holter EKG wraz z oprogramowaniem na potrzeby ŚCP Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 29- dotyczy załącznika 2a poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy 0,0mg/dl-25,00mg/dl ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 30- dotyczy załącznika 2a poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści multifunkcyjny dotykowy wyświetlacz?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr *Sebastian Szaniawski*

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

*Magdalena Kuszewska*  
INSPEKTOR