



Kielce, ¹³.....04.2022 r.

Znak: EZ/43/2022/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na **Zakup i sukcesywną dostawę leczniczych i technicznych środków koniecznych do wykonania zabiegów diagnostycznych i leczniczych koronografii i koronaroplastyki w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 3

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021r poz. 1129) informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Pakiet nr 3 - Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

**MTES Sp. z o.o.
Rakowicka. nr 10b/4
31-511 Kraków
za cenę brutto: 204 120,00 zł**

Ocena i porównywanie ofert:

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Ilość przyznanych punktów w kryterium - cena 60 pkt	Ilość przyznanych punktów w kryterium - termin realizacji zamówienia- 20 pkt	Ilość przyznanych punktów w kryterium - termin płatności faktury- 15 pkt	Ilość przyznanych punktów w kryterium Ocena techniczna (jakość)- 5 pkt	Łączna liczba punktów	Cena oferty brutto
1	MTES Sp. z o.o. ul. Rakowicka. nr 10b/4, 31-511 Kraków REGON 364931802 NIP 6751551229	60 pkt	20 pkt	15 pkt	5 pkt	100 pkt	204 120,00 zł
3	NTM-MED S.C. ul. Wszyńskiego 54b/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski	Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp					

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



	REGON 360217440 NIP 599 3173 291						
8	Medtronic Poland Sp. z o.o. ul. Polna 11, 00-633, Warszawa REGON 011206233 NIP: PL9521000289	43,2	20	15	5	83,20	283.500,00 zł

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100 zgodnie z wzorami opisanymi w SWZ.

Jednocześnie Zamawiający działając w oparciu o przepisy art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp informuje, że w Pakiecie nr 3 została odrzucona oferta firmy - NTM-MED. S.C., ul. Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 upzp).

Uzasadnienie: zaoferowany przez Wykonawcę asortyment nie posiada możliwości blokowania i zwalniania strzykawki inflatora za pomocą tylko pojedynczego przycisku znajdującego się na korpusie inflatora lub tylko pojedynczego przycisku połączonego z korpusem inflatora oraz nie posiada możliwości zwalniania blokady inflatora poprzez naciśnięcie tylko pojedynczego przycisku deflacja następuje samoistnie (t.j. automatycznie) - co było parametrami wymaganym przez Zamawiającego. Strzykawka wysokociśnieniowa zaoferowana przez Wykonawcę NTM-MED posiada mechanizm blokujący i zwalnający umiejscowiony po oby stronach urządzenia, blokowanie i zwalnianie następuje poprzez przesunięcie mechanizmu, a nie naciśnięcie pojedynczego przycisku. Ponadto Zamawiający wymagał w parametrach granicznych, „dobrze widoczną skalę manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, z minimalną podziałką skali co jedną atm”. Wykonawca wymienił istotne informacje techniczne wskazując iż tarcza manometru jest fluorescencyjna, a podziałka skali wynosi co 2 atm. Wobec powyższego oferta firmy NTM-MED. S.C., ul. Wyszyńskiego 154B/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymogami Zamawiającego.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Barłoz Stemplewski

Kielce, dnia 11.01.2017 r.
Dział Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szańcański

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Wojcik
mgr Magdalena Wójcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
magdalena.wojcik@wszkielce.pl