



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce 13.04.2022 r.

Znak sprawy EZ/71/2022/AŁD

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na „Zakup i dostawę odczynników immunochemicznych kompatybilnych z aparatem COBAS E 411 będącym na wyposażeniu Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w Postępowaniu.

Pytanie nr 1

Prosimy o uściślenie i wyjaśnienie, które badania będą wykonywane na aparacie podstawowym będącym własnością Zamawiającego, a które na aparacie back-up. W przypadku badań wykonywanych na dwóch aparatach prosimy o podanie procentowe podziału tych badań.

Odpowiedź:

Wszystkie wyspecyfikowane w formularzu asortymentowo – cenowym badania będą wykonywane na aparacie podstawowym. Aparat back-up winien zapewnić możliwość wykonania wszystkich wskazanych badań. Zamawiający nie zna ostatecznej wielkości realizowanych badań. Analizator back-up będzie używany w przypadku awarii i/lub serwisu aparatu podstawowego, bądź zwiększonej ilości wykonywanych badań w Laboratorium Diagnostycznym.

Pytanie nr 2

Prosimy o uściślenie czy ilości badań podane w tabeli zawierają już testy na kontrolę i kalibrację?

Odpowiedź:

Tak. Podane ilości zawierają już testy na kontrolę i kalibrację.

Pytanie nr 3

Dotyczy Załącznika nr 3a do SWZ par.4 pkt.1 Czy Zamawiający dopuści dostawę i instalację przedmiotu użyczenia w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści dostawę i instalację przedmiotu użyczenia w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy.

Wskazane powyżej zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część, należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail anna.dobrowolska@wszkielce.pl

KIELCE
Dział Zamówień Publicznych
mgr Anna Szaniawski

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517
e-mail. anna.dobrowolska@wszkielce.pl

Z-GA DYREKTORA
ds. Przelegniatwa i Państw
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
mgr Wiesława Nawaricz