



Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl



Kielce, 25.05.2022 r.

Znak: EZ/96/2022/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę bezprzewodowych kardiokografów dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach w ramach realizacji zadania „Inwestycje w ochronie zdrowia”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA + MODYFIKACJA TREŚCI SWZ + ZMIANA TERMINOW

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r poz. 1129) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy SWZ:

Czy Zamawiający w załączniku nr 2 do SWZ w pkt 68 i 69 wymaga dostarczenia do każdego urządzenia: 2 głowic US przewodowych, 1 głowicy Toco przewodowej, 1 głowicy US bezprzewodowej, 1 głowicy TOCO bezprzewodowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia dla 3 urządzeń: 8 głowic US przewodowych, 5 głowic TOCO przewodowych, 4 głowic US bezprzewodowych, 3 głowic TOCO bezprzewodowych, 2 wózków na min. 4 kółkach z hamulcem i koszykiem/szufladą na akcesoria, 1 zawieszenia ściennego na wysięgniku.

Poniżej stosowna modyfikacja treści SWZ.

Pytania dotyczą Załącznika Nr 2 do SIWZ, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pytanie nr 2 dotyczy punktu 23

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiokograf z częstością powtarzania min.2 kHz?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 3 dotyczy punktu 25

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiokograf z maksymalną zmianą międzyskurczową dla ultradźwięków nie powodująca utraty zapisu 30 bpm?


Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 4 dotyczy punktów 27 oraz 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiokograf bez funkcji monitorowania tętna matki oraz ostrzegania w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US weryfikacja międzykanałowa?

Alternatywnie (w związku z wymogiem, aby wszystkie aparat posiadał funkcje monitorowania tętna matki) prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone aparaty monitorowały też pozostałe parametry życiowe matki (EKG, SPO2, NIBP, TEMP)?

Odpowiedź: Nie dopuszcza się, zgodnie z SWZ. Zamawiający nie wymaga aby wszystkie dostarczone aparaty monitorowały też pozostałe parametry życiowe matki (EKG, SPO2, NIBP, TEMP).



Pytanie nr 5 dotyczy punktu nr 32

Czy Zamawiający uzna ten parametr za spełniony w przypadku, gdy aparat posiada jednakowe gniazda głowic Cardio i automatycznie rozpoznaje podpięcie głowicy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy punktu nr 38 oraz 39

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiologii bez możliwości określenia parametrów w punkcie 38 oraz 39? Producent kardiografu nie wyszczególnia takich parametrów.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7 dotyczy punktu nr 46

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiologii z dużą prędkością wydruku zapisów archiwalnych 15 mm/s?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 8 dotyczy punktu nr 56

Czy Zamawiający dopuści do postępowania moduł telemetrii podłączany do aparatu KTG bez udziału serwisu, zapewniający bezprzewodową komunikację z głowicami pomiarowymi. Z własnym zasilaniem sieciowym modułu telemetrii? Pragniemy zauważyć że jest to standardowe rozwiązanie przy modułach telemetrii wyposażonych w akumulator pozwalający na 40 godzin ciągłej pracy bez zasilania w przypadku awarii sieci.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 9 dotyczy punktu nr 56

W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby moduł telemetrii wyposażony był w akumulator pozwalający na 40 godzin ciągłej pracy bez zasilania w przypadku awarii sieci?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 10 dotyczy punktu nr 59

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga, aby dostarczone głowice były w pełni wodoszczelne, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowic z najwyższym stopniu wodoszczelności IPX8.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 11 dotyczy punktu nr 63

Czy Zamawiający dopuści do postępowania moduł telemetrii z krótkim czasem ponownego ładowania głowicy, max 3,5 godziny?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 12 dotyczy punktu nr 63

Czy Zamawiający dopuści do postępowania dedykowaną podstawę jezdna na aparat KTG, moduł telemetryczny oraz szufladę na akcesoria wyposażony w min. 4 kółka (z możliwością blokady) – 1 szt?

Odpowiedź: Zgodnie z poniższą modyfikacją treści SWZ.

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129), informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ.

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 Opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pkt. 66, 67, 68, 69, 70, 71 z tabelki i zastąpienie go nowym jednym punktem 66. Reszta parametrów bez zmian.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



66	Zamawiający wymaga dostarczenia dla 3 urzędzeń: 8 głowic US przewodowych, 5 głowic TOCO przewodowych, 4 głowic US bezprzewodowych, 3 głowic TOCO bezprzewodowych, 2 wózków na min. 4 kółkach z hamulcem i koszykiem/szufladą na akcesoria, 1 zawieszenia ściennego na wysięgniku. Kabel zasilający, papier do KTG 150mm – 9 szt., wielorazowe pasy pacjentki – 15 szt.	TAK, opisać	
----	--	----------------	--

W załączeniu Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Ponadto Zamawiający – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129), informuje, iż dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 31.05.2022 r. do godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 31.05.2022 r. o godz. 9:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 24 SWZ – **Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.06.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Powyższa modyfikacja treści SWZ jest wiążąca i należy uwzględnić ją w treści składanej oferty.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr *Sebastian Szaniawski*

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

i
Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr *Edyta Kwaśniewska*

