



Kielce 07.06.2022 r.

znak sprawy EZ/104/2022/MK

Do wszystkich zainteresowanych

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129) Przedmiotem zamówienia jest „*Sukcesywna dostawa zużywalnych materiałów laboratoryjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy w powiązaniu z art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1- dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza jałowe pałeczki z podłożem AMIES z węglem w op. a' 50szt, pozostałe cechy zgodne z SWZ?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym.

Pytanie nr 2- dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie pojemników pakowanych po 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3- dotyczy Pakietu nr 2 poz. 22

Prosimy o dopuszczenie pipet pakowanych po 42 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań z zaokrągleniem w górę (czyli 36 opakowań).



Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4- dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) i pkt. 2) ppkt. b)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Przepisy prawa nie konkretyzują od jakiej wysokości (netto czy brutto) dopuszczalne jest naliczanie kary umownej, pozostawiając to ustaleniom przez strony. Usankcjonowanie w sposób wskazany w przywołanych zapisach umowy kar umownych jest zgodne z polityką Zamawiającego i ma na celu zabezpieczenie słuszych interesów stron i wykonaniu umowy. Tym samym Zamawiający odmawia dokonania zmian.

Pytanie nr 5- dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1 pkt. 2) ppkt. c) d) i e)



Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych z 200,00 zł i 100 zł za każdy dzień zwłoki na 20,00 zł za każdy dzień zwłoki. Kara umowna powinna być ustalona w wysokości proporcjonalnej do wartości konkretnej dostawy Przedmiotu Umowy, co do której nastąpiło opóźnienie i nie może służyć do nieoczekiwanego wzbogacenia się Zamawiającego.

Odpowiedź: Należy wskazać, że zgodnie z przepisami ustawy PZP zapisy umowy muszą wskazywać maksymalną wartość możliwych do naliczenia kar umownych. Tak też zostało poczynione w proponowanym wzorze umowy. Zastrzeżone wysokości kar umownych nie naruszają, zdaniem Zamawiającego, zasady równości stron stosunku prawnego.

Pytanie nr 6- dotyczy Pakietu nr 2 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie pisaków laboratoryjnych do pisania na szkle, wodoodpornych, odpornych na alkohol, nieścieralnych typu Sharpie ale w kolorze czarnym lub w przypadku nie wyrażenia zgody prosimy o dopuszczenie w tej pozycji pisaków wodoodpornych cienko piszących w różnych kolorach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pisaki laboratoryjnych do pisania na szkle w kolorze czarnym.

Pytanie nr 7- dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 3 w poz. 1 dopuści wymazówki konfekcjonowane po 150 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę konfekcjonowania z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym, jednakże ilość opakowań powinna być zaokrąglona do pełnej ilości w górę.

Pytanie nr 8- dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści próbówki z PP o pojemności 8ml? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 9- dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 25ml? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10- dotyczy Pakietu nr 1- poz. 10

Czy Zamawiający dopuści statyw 6-stanowiskowy? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11- dotyczy Pakietu nr 1- poz. 12

Czy Zamawiający dopuści próbówki z żółtym korkiem? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12- dotyczy Pakietu nr 1- poz.19

Czy Zamawiający dopuści próbówki o pojemności 7ml? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13- dotyczy Pakietu nr 1- poz. 22


Czy Zamawiający dopuści bagietkę wykonaną z polipropylenu? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14- dotyczy Pakietu nr 1- poz. 28

Czy Zamawiający dopuści próbówkę o wymiarach 12x75? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.



Pytanie nr 15- dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do moczu o pojemności całkowitej 125ml? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 16- dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do moczu o pojemności całkowitej 125ml? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17- dotyczy Pakietu nr 2 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści próbówki wykonane z HD-PE? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18- dotyczy Pakietu nr 2 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści próbówki pakowane w opakowaniu zbiorczym 50 sztuk? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19- dotyczy Pakietu nr 2 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 60ml? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20- dotyczy Pakietu nr 2 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści mikropłytki pakowane po 50 sztuk (5 torebek x 10sztuk) i zaokrągłej wymaganej ilości do 750 sztuk, czyli 15 opakowań? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21- dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści wymazówki Amies o średnicy 5mm? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

