

Wojewódzki Szpital Zespolony w
Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce, 09.06.2022 r.

Znak: EZ/106/2022/EK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania na zakup i dostawę bezprzewodowych kardiokardiofów dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Kielcach w ramach realizacji zadania „Inwestycje w ochronie zdrowia”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA + ZMIANA TERMINOW

Działając na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r poz. 1129) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczą Załącznika Nr 2 do SWZ, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Pytanie nr 1 dotyczy punktu 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiokardiof z częstością powtarzania min.2 kHz?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 2 dotyczy punktu 25

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiokardiof z maksymalną zmianą międzyskurczową dla ultradźwięków nie powodująca utraty zapisu 30 bpm?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 3 dotyczy punktów 27

W związku z wymogiem, aby wszystkie aparat posiadał funkcje monitorowania tętna matki prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone aparaty monitorowały też pozostałe parametry życiowe matki (EKG, SPO2, NIBP, TEMP)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 4 dotyczy punktów 27 oraz 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiokardiof bez funkcji monitorowania tętna matki oraz ostrzegania w przypadku monitorowania tętna matki za pomocą głowicy US weryfikacja międzykanałowa?

Odpowiedź: Nie dopuszcza się, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy punktu nr 32

Czy Zamawiający uzna ten parametr za spełniony w przypadku, gdy aparat posiada jednakowe gniazda głowic Cardio i automatycznie rozpoznaje podpięcie głowicy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.


Pytanie nr 6 dotyczy punktu nr 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiokardiof z czułością nie mniejsza niż: 1 jednostka / 2,0 g?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 7 dotyczy punktu nr 46

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiokardiof z duża prędkością wydruku zapisów archiwalnych 15 mm/s?.



Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 8 dotyczy punktu nr 51

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiologii których wydruk badania dodatkowo zawiera:

- Imię i nazwisko pacjentki
- MRN - numer identyfikacyjny pacjentki
- Godzina, minuta, sekunda, data
- Prędkość wydruku
- Identyfikator głowicy oznaczony kolorami

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 9 dotyczy punktu nr 56

Czy Zamawiający dopuści do postępowania moduł telemetrii podłączony do aparatu KTG bez udziału serwisu, zapewniający bezprzewodową komunikację z głowicami pomiarowymi. Z własnym zasilaniem sieciowym modułu telemetrii? Pragniemy zauważyć że jest to standardowe rozwiązanie przy modułach telemetrii wyposażonych w akumulator pozwalający na 40 godzin ciągłej pracy bez zasilania w przypadku awarii sieci.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 10 dotyczy punktu nr 56

W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby moduł telemetrii wyposażony był w akumulator pozwalający na 40 godzin ciągłej pracy bez zasilania w przypadku awarii sieci?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 11 dotyczy punktu nr 59

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga, aby dostarczone głowice były w pełni wodoszczelne, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie głowic z najwyższym stopniu wodoszczelności IPX8.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pytanie nr 12 dotyczy punktu nr 63

Czy Zamawiający dopuści do postępowania moduł telemetrii z krótkim czasem ponownego ładowania głowicy, max 3,5 godziny?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie **art. 286 ust. 5 w powiązaniu z art. 284 ust 2** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129), informuje, iż dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: **14.06.2022 r. do godz. 9.00**

Termin otwarcia ofert: **14.06.2022 r. o godz. 9:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść **pkt 24 SWZ – Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.07.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Z-CA DYREKTORA
ds. leczenia
Krzysztof Bidas