



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623  
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce, dnia 14.06.2022 r.

Znak sprawy: EZ/114/2022/ESŁ

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy:** zaproszenia do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na „Dostawę rękawic medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela odpowiedzi na zadane pytanie:**

**1. Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych nitylowych chlorowanych oraz dodatkowo polimeryzowanych od strony wewnętrznej. Grubość na palcu 0,12 mm, na dłoni 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm. Rękawice pozbawione dodatków chemicznych: tiuramów oraz MBT, potwierdzone raportem od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym (metoda badania HPLC). Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1. Na potwierdzenie parametrów rękawic, przebadania rękawic zgodnie z EN 374-4 oraz EN 16523-1, zgodności z EN 455, ASTM F1671 oraz ASTM D6978 Wykonawca przedłoży raporty od producenta z badań wykonanych w niezależnych laboratoriach badawczych. **Pozostałe wymagania zgodnie z opisem Zamawiającego.**

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

KIELCE, 14.06.2022  
Dział Zamówień Publicznych  
*mgr Sebastian Szaniawski*

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
*Bartosz Stemplewski*

Dział Zamówień Publicznych  
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14  
e-mail: [edyta.slowinska@wszkielce.pl](mailto:edyta.slowinska@wszkielce.pl)