

Wojewódzki Szpital Zespolony w  
Kielcach  
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce, 17.06.2022 r.

Znak: **EZ/105/2022/EK**

*Do wszystkich zainteresowanych*

**Dotyczy: postępowania na zakup i dostawa systemu monitorowania pacjentów odcinek A Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej oraz kabiny do fototerapii do Poradni Dermatologicznej WSZZ w Kielcach w ramach zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”.**

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ**

Działając na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r poz. 1129) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Dotyczy Pakiet nr 1 - System monitorowania pacjentów odcinek A Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej**

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 7, wysokiej klasy kardiomonitor bez funkcji przewodnika obsługi dostępnej bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjenta?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.**

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 11, wysokiej klasy kardiomonitor z możliwością wyboru 8 kolorów wyświetlanej krzywej?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.**

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści w punktach 19 i 21, wysokiej klasy kardiomonitor z zasilaniem kardiomonitora z wbudowanego akumulatora na 3 godziny pracy? Czas ładowania akumulatora wynosi 6 godzin.

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.**

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 35, wysokiej klasy kardiomonitor z przeglądem 100 zdarzeń arytmii?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.**

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 39 zakres pomiarowy ST od -20 do (+)20 mm? (+- 2,0mV).


**Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.**

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 41, wysokiej klasy kardiomonitor bez pomiaru QTc/QRSD?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.**

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści w punktach 42, 43 (analiza arytmii), wysokiej klasy kardiomonitor rozpoznający 20 rodzajów zaburzeń arytmii?

**Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.**



Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 49, wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości pomiaru NIBP podczas pompowania mankietu? Pomiar będzie dostępny po całkowitym napompowaniu mankietu i wykonaniu analizy przez kardiomonitor.

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści w punktach 50 i 57, wysokiej klasy kardiomonitor bez pomiaru i wyświetlania na ekranie parametru RPP (Rate Pressure Product) oraz SI (Shock Index), oraz alarmu różnicy temperatur?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 60 możliwość rozbudowy kardiomonitora o pomiar CO<sub>2</sub> w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. realizowany po podłączeniu modułu pomiarowego kompatybilnego z oferowanym kardiomonitorem?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 61, kardiomonitor z możliwością rozbudowy o moduł CO<sub>2</sub>?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 64, urządzenie, którego akcesoria będą kompatybilne z oferowanymi kardiomonitorami?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 75 centralę monitorującą bez możliwości kopiowania ustawień wybranego monitora i ich przeniesienia na inny monitor?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 79 centralę monitorującą z możliwością zawieszenia monitorowania natomiast bez możliwości nadania etykiety?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

Pytanie 15. Czy Zamawiający dopuści w punkcie 88 centralę monitorującą z możliwością analizy odcinków krzywych EKG bez dostępnych pomiarów odległości?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**

KIELCOWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sebastian Szaniawski

Z-ca Kierownika

DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski