



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.pl

www.wszkielce.pl



EZ/ZP/103/2022/UG

Kielce dn. 21.06.2022r.

Do wszystkich zainteresowanych

*dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129) Przedmiotem zamówienia jest **Sukcesywna dostawa akcesoriów okulistycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”,*

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 w powiązaniu z art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dotyczy Pakiet 4. Poz. 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 2. do osobnego pakietu. Pozwoli to większej liczbie Wykonawców złożyć ofertę na dany pakiet, co spowoduje możliwość uzyskania przez Zamawiającego bardziej konkurencyjnych cen za daną pozycję w/w pakiecie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 2


Dotyczy Pakiet 5. Poz. 4. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 4. do osobnego pakietu. Pozwoli to większej liczbie Wykonawców złożyć ofertę na dany pakiet, co spowoduje możliwość uzyskania przez Zamawiającego bardziej konkurencyjnych cen za daną pozycję w/w pakiecie.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Pakiet 8. Poz. 1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga Retraktorów torebkowych czy tęczówkowych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga retraktorów tęczówkowych z silikonową zatyczką.



Pytanie 4

Dotyczy Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 okulistyczny SF6 w pojemniku wielokrotnego użytku 75 ml wraz z 3 zestawami do podaży w składzie: 1 x strzykawka 50 ml, 1 x filtr 0.20 um, 1 x igła 30G, 3 opaski dla pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt 2) lit a) Projektu umowy, do 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt 2) lit b) Projektu umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt 2) lit c) Projektu umowy do 0,1% wartości brutto towaru niezgodnego z umową za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt 2) lit b) Projektu umowy do 0,1% wartości brutto dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 pkt 2) lit e) Projektu umowy do 0,1% wartości brutto dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmienną?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z §12 ust. 3 lit. a projektowanych postanowień umowy, zmianie ulega wysokość stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Cena netto pozostaje niezmienna.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 4 dopuści -Nóż Sideport 1,1 ?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,8% pochodzenia syntetycznego o masie cząsteczkowej 2,3-3,2mln D, lepkości 150 000- 300 000mPas, osmolarności 280-400 mOsm, pH 6,8-7,4 oraz objętości 1ml oraz hialuronian sodu 1,4% pochodzenia syntetycznego o masie cząsteczkowej 2,3-3,2mln D, lepkości 60 000- 100 000mPas, osmolarności 280-400 mOsm, pH 6,8-7,4 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 15


Czy zamawiający wydzieli z Pakietu nr 2 oraz dopuści w pozycji 1: 100% fluorowany perfluorowęglowodór zawierający izomery perfluorodekaliny (95-100%), perfluorohydrindanu (0-2%) i perfluorocykloheksylobutanu (0-4%). Preparat pomocniczy w chirurgii tylnego segmentu oka w przypadkach: odwarstwień siatkówki. Przezroczysty płyn o dużej masie właściwej 1,93 g/cm³. Współczynnik załamania n=1,31. Lepkość 2,9 mPa.s (przy temperaturze t=25 °C). Temperatura wrzenia 141 °C. Fiolka o poj. 7 ml. Należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Produkt gotowy do użycia.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 16

Czy zamawiający wydzieli z Pakietu nr 2 oraz dopuści w pozycji 2: Olej silikonowy 1000 mPa.s, stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki, sterylny. Lepkość (przy 25 °C) 1000 mPa.s. Gęstość (przy 22°C) 0,98 g/cm³. Wskaźnik refrakcji (20 °C): 1,40. Oligosiloksany: Suma: < 3 ppm. Napięcie międzyfazowe/roztwór do irygacji > 40 mN.m. Postać: ciecz. Opakowanie: ampułkostrzykawki o pojemności 10 ml.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.



Pytanie 17

Czy zamawiający wydzieli z Pakietu nr 2 oraz dopuści w pozycji 4: Materiał wiskoelastyczny wysoce dyspersyjny. Stężenie: 2% hydroksypropylometylocelulozy. Masa cząsteczkowa: 86 000 Daltonów. Lepkość: 3200 mPa.s (co 5 s⁻¹). Osmolarność: 265–300 mOsmol/l. pH: 6.8–7.6. Kaniula do iniekcji substancji wiskoelastycznych o grubości 23G i pojemności 2.5 ml. Temperatura przechowywania: 2–25 °C.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 18

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 w pozycji 1: Nóż MVR 19G, 20G, prosty do wyboru przez Zamawiającego

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 19

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 w pozycji 1: Nóż Sideport 1,1

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy pakietu nr 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie systemu wiskoelastycznego:

- kwas hialuronowy 1.8% o masie cząsteczkowej 1.2-2.2 mln Da, osmolarności 270-400 mOsm/l, pojemność 1 ml - pozostałe wymagania zgodne z SWZ

- kwas hialuronowy 1,4% o masie cząsteczkowej 2.8-3.8 mln Da, lepkości ok. 400 000 mPas, pojemność 1 ml – pozostałe wymagania zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie preparatu o poniższym opisie: Dekalina 5 %, perfluorodekalina, pojemność 5 ml szklana fiolka, sterylna, niepirogenna, wysokooczyszczona w 100% fluorowana, chemicznie obojętna, nietoksyczna; temperatura wrzenia 142°C, ciężar właściwy 1.91 +/-0.02, współczynnik refrakcji w temp. 20°C: 1.31, lepkość (mPas w temperaturze 37 st. C): NLT 2.66 cSt

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oleju silikonowego o poniższym opisie: - lepkość 1000 mPas, -gęstość 0.972 g/cm w temp. 25st. C, - wskaźnik refrakcji 1,40, - opakowanie: 1 ampułkostrzykawką 10 ml

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23

Dotyczy pakietu nr 2 poz. 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie metylocelulozy 2% o pH 6.8-7.6, lepkości 4500-9500 mPas. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.



Pytanie 24

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie mikrogąbek okulistycznych w opakowaniach zawierających 5 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 2 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie błękitu tryptanu w opakowaniach zawierających 10 sztuk fiolek o pojemności 1 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Dotyczy pakietu nr 9 poz. 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie noża slit zakrzywionego pod kątem 45 st., szerokość ostrza 2,4 mm, ostrzonego od góry, o antyodblaskowej powłoce.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu numer 9 do osobnego zadania?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.

Wszystkie odpowiedzi są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych
Urszula Gierada
SPECJALISTA

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

