



EZ/131/2022/MW

Kielce dn. 08.04.....2022r.

*Do wszystkich zainteresowanych*

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021, poz. 1129) Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa materiałów medycznych dla potrzeb Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**"

### Odpowiedzi na pytania

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### Pytanie 1 dot. Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o średnicy narzędzia 2,3 mm z końcówką zważaną do 1,67 mm, długość narzędzia 2000 mm.

#### Odpowiedź:

**Nie, zgodnie z SWZ**

#### Pytanie 2 dot. Pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 3 sfinkterotomów trójkanałowych jednorazowego użytku z mechanizmem pozwalającym na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku (360 st), rekojęść wyposażona w hamulec/blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia; niezależne kanały do przewodnika i podawania kontrastu, dł. robocza 200cm, nosek 5mm, dł. cięciwy tnącej 20 i 30mm, średnice końcówki dystalnej: 4.4 Fr( 1.47mm), 3.9 Fr( 1.30mm) , narzędzie dedykowane do współpracy z przewodnikami 450cm i średnicy przewodnika odpowiednio .025' i .035"?

#### Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza.**

#### Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1, w miejsce pierwotnych parametrów, stentów samorozprężalnych przeładowanych na cewnik/koszulkę w rozmiarze 6Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

#### Odpowiedź:

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga**

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

*mgr Sebastian Szaniowski*  
Dział Zamówień Publicznych  
tel: 41/30-33-516 fax: 41/366-00-14  
[magdalena.wojcik@wszzkielce.pl](mailto:magdalena.wojcik@wszzkielce.pl)

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach

*Bartosz Stemplewski*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

*mgr Magdalena Wójcik*  
INSPEKTOR