



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



.Znak sprawy EZ/110/2022/AŁD

Kielce 11.07.2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) na „Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów zużywalnych dla Laboratorium Diagnostycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 2 – formularz asortymentowo - cenowy - Pakiet nr 1 - informacja pod tabelą

W przypadku awarii/trwałego uszkodzenia aparatu będącego własnością Zamawiającego wykonawca w terminie 14 dni zobowiązany będzie do użyczenia analizatora zastępczego o tożsamy lub wyższych parametrach.

Prosimy o zmianę zapisu z uwagi na nieprzewidywalność wystąpienia takiego zdarzenia na:

Wykonawca potwierdza, że w przypadku trwałego uszkodzenia aparatu własnościowego, zaoferuje Zamawiającemu, wdzierżawienie innego urządzenia (pracującego w technice kapilarnej lub żelowej w miarę aktualnej dostępności używanego sprzętu) oraz potwierdza gotowość aneksowania umowy dla zapewnienia zestawów odczynnikowych kompatybilnych do zaoferowanego aparatu, służących do wykonania badań wyspecyfikowanych w SWZ .

Wykonawca nie jest zobowiązany, aby zaoferowany wtedy, zgodnie z jego aktualnymi możliwościami analizator posiadał te same lub wyższe parametry.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie nr 11 z dnia 06.07.2022 r. oraz zapis w formularzu asortymentowo-cenowym w Pakiecie nr 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku awarii/trwałego uszkodzenia aparatu będącego własnością Zamawiającego Wykonawca w terminie 14 dni zobowiązany będzie do użyczenia analizatora zastępczego o tożsamy lub wyższych parametrach na okres maksymalnie 3 miesięcy, strony zgodnie postanawiają, iż w takim przypadku umowa zostanie po upływie w/w okresu rozwiązana.

Wskazane powyżej wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail anna.dobrowolska@wszkielce.pl

DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH

Skiba
Karolina Skiba
INSPEKTOR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
Szaniawski
mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Stemplewski
Bartosz Stemplewski

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-517
e-mail: anna.dobrowolska@wszkielce.pl