



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



EZ/131/2022/MW

Kielce dn. 12.07 2022r.

Do wszystkich zainteresowanych

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129) Przedmiotem zamówienia jest ***Dostawa materiałów medycznych dla potrzeb Pracowni Endoskopii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach***"

Odpowiedzi na pytania

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 dot. Pakietu nr 2

Prowadnice do zabiegów endoskopowych; Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035", prosty oraz zagięty średnio sztywny lub 0,025" prosty, średnio sztywny lub ekstra sztywny - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 60mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 2 dot. Pakietu nr 3


Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, z końcówką dystalną zwężaną do 5 Fr, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 2000mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiadający znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1, poz. 1 zgodzi się na zaferowanie stentu samorozprężalnego wykonanego z nitynolu, pokrywanego silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci. Posiadającego kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania ze złotym znacznikiem radiologicznym. Długość całkowita protezy 40mm, 50mm, 60mm, 80mm lub 100mm; średnica 8mm lub 10mm. Aplikator o długości 180cm i średnicy 8 Fr (2,66mm), minimalny kanał roboczy 4.2mm. Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035 cala; posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach, 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po



przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny graficzny na aplikatorze?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2, poz. 1 zgodzi się na zaoferowanie prowadnicy do zabiegów endoskopowych o średnicy 0,035" lub 0,025" i długości robocza 2700mm lub 4500mm; końcówka prosta lub zagięta pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej; rdzeń wykonany z nitynu; fluorowa powłoka?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 dot. - projektowanych postanowień umowy – zał. nr 3 - §9 ust.1 pkt. 2b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §9 ust.1 pkt. 2b) na następujący:

„b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową – w wysokości 0,5% danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie”?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 6 dot. - projektowanych postanowień umowy – zał. nr 3 - §9 ust.1 pkt. 2c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §9 ust.1 pkt. 2c) na następujący:

„c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 0,5% wadliwego towaru, danego zamówienia, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,”?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 7 dot. - projektowanych postanowień umowy – zał. nr 3 - §9 ust.1 pkt. 2d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §9 ust.1 pkt. 2d) na następujący:

„d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia niż 12 miesięcy, każdorazowo w wysokości 150,00 zł za stwierdzone uchybienie”?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie 8 Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody, podmiotu tworzącego



Zamawiającego oraz po wyrażeniu zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. Zapis z projektu umowy odpowiada brzmieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.

Pytanie 9 Dotyczy warunków umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie 10 Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„... usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną lub...”

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie 11 Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2, reklamację poczytuje się za uznaną a Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty tzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę. Zapis § 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie 12 Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1.1a



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyjątkiem przypadków określonych w § 10 - w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto,”

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie 13 Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1.2a



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto,”

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie 14 Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1.2b, c, d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 300zł na 100zł oraz odpowiednio z 200zł na 50zł?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie 15 Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 2.1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca jest w zwłoce w wydaniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o 5 dni roboczych ponad terminy określone w umowie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie 16 Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 2.1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca trzykrotnie został ukarany za naruszenie tożsamyh obowiązków określonych w umowie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie 17 Dotyczy warunków umowy § 12 ust. 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT w odniesieniu do asortymentu objętego umową, wówczas cena netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto...”

Odpowiedź:


Zgodnie z SWZ, Zamawiający wskazuje, iż w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z §12 ust. 3 lit. a projektowanych postanowień umowy, zmiana ulega wysokość stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Cena netto pozostaje niezmienna.

Pytanie 18 Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stentu samorozprężalnego nitinolowego do dróg żółciowych przeładowanego w 8 FR cewnik na kanał roboczy 2.8 mm w rozmiarach średnic 8 i 10 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie 19 Dotyczy pakietu nr 2, poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przewodnika z nitinolowym rdzeniem, odpornym na załamania z hydrofilną końcówką roboczą długości 50 mm zawierającą wolfram w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwubarwny z możliwością kontroli ruchu i położenia, średnica 0,035 i 0,025 sztywność standardowa, końcówka prosta i zagięta, długość 4500 mm ?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Pytanie 20 Dotyczy pakietu nr 3, poz. 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sfinkterotomu trójkanałowego jednorazowego użytku z mechanizmem obrotowym, cięciwa monofilament o długości 20 mm lub 25 mm, średnica narzędzia 2.55 mm z końcówką dystalną zwięzłą do 2.1 mm z noskiem o długości 5 mm ? Długość narzędzia 2000 mm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035".

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniewski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wójcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel: 41/367-12-59 fax: 41/366-00-14
magdalena.wojcik@wszkielce.pl

