

Kielce, dnia 29.07.2022 r.

Znak sprawy: EZ/113/2022/ES

Do wszystkich zainteresowanych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) na dostawę Odczynników i materiałów zużywalnych do Zakładu Mikrobiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, nr EZ/ZP/113/2022/ES

ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, działając w oparciu o art. 137 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ poprzez przekazanie w dniu 29.07.2022 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o sprostowaniu w poniższym zakresie:

- zmianie ulegnie treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 125-352407 w następujących sekcjach:
 - IV.2.2) Termin składania ofert
 - IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Pzp udostępni zmianę treści SWZ - ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 125-352407 na stronie internetowej prowadzonego postępowania www.bip.wszkielce.pl po publikacji ogłoszenia o sprostowaniu przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej w dniu 03.08.2022 r.

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA PYTANI

Sprostowanie do odpowiedzi na pytanie nr 32 z dnia 25.07.2022r.:

Było:

Pytanie 32

Dotyczy pakiet 3 pozycji nr 1


Czy Zamawiający dopuści testy których czułość i swoistość zostały wyznaczone na podstawie badania 849 pacjentów?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z SWZ - test oceniony przy użyciu minimum 800 próbek z górnych dróg oddechowych w dwóch badaniach prospektywnych w minimum dwóch ośrodkach klinicznych.

Jest:

Pytanie 32

Dotyczy pakiet 3 pozycji nr 1



Czy Zamawiający dopuści testy których czułość i swoistość zostały wyznaczone na podstawie badania 849 pacjentów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza test oceniony przy użyciu minimum 800 próbek z górnych dróg oddechowych w dwóch badaniach prospektywnych w minimum dwóch ośrodkach klinicznych, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski