

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Kielce: 03.08.2022 r.

EZ/137/2022/MW

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Dostawy materiałów zużywalnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kregostupa, Pracowni Endoskopowej oraz Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Znak sprawy: EZ/137/2022/MW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1 dot. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o średnicy 2,3 mm, z końcówką dystalną zwężaną do 1,67 mm, długość narzędzia 2000 mm.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z Zaproszeniem

Pytanie nr 2 dot. Pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 5, poz. 1 sfinkterotomu trójkanałowego jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20 mm lub 30 mm, średnica końcówki dystalnej 4.4 Fr, nosek o długości 5mm, długość narzędzia 2000mm, kompatybilny z przewodnikiem 0,035", posiadający znaczniki widoczne w obrazie endoskopowym, pakowany pojedynczo w sterylne pakiety.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 dot. Pakiet nr 5

Pakiet nr 5 Czy zamawiający dopuści Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica narzędzia 2,5mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,67mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 2000mm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Posiadający znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. 2 sztuki w opakowaniu


Odpowiedź:

Nie, zgodnie z Zaproszeniem

Pytanie nr 4 dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pak 1 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe niewchłaniające, rozm. M, pakowane po 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 2-7 mm, zintegrowane zębki walcowate + naprzemienny układ zębów, łukowaty kształt, magazynek z taśmą samoprzylepną, możliwość zastosowania papierowej części magazynku celem dołączenia do dokumentacji pacjenta zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów?

Odpowiedź:



Nie, zgodnie z Zaproszeniem. Z uwagi na zróżnicowane zabiegi oraz małą ilość wykorzystywanych magazynków pakowanych po 6 szt. klipsów (za dużą ilość do zabiegu), Zamawiający wymaga klipsów pakowanych w magazynki po 2 szt., 4 szt. i 6 szt. Nie jest ekonomicznie korzystne dla Zamawiającego zamawianie klipsów pakowanych jedynie po 6 szt. w magazynku.

Pytanie nr 5 dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pak 1 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe niewchłaniające, rozm. ML, pakowane po 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 3-10 mm, zintegrowane zębki walcowate + naprzemienny układ zębów, możliwość zastosowania papierowej części magazynku celem dołączenia do dokumentacji pacjenta zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4

Pytanie nr 6 dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pak 1 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe niewchłaniające, rozm. L, pakowane po 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 5-13 mm, zintegrowane zębki walcowate + naprzemienny układ zębów możliwość zastosowania papierowej części magazynku celem dołączenia do dokumentacji pacjenta zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów, kompatybilne z klipsownicami będącymi na wyposażeniu Szpitala firmy Grena 0301-04LE?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4

Pytanie nr 7 dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pak 1 poz 4 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe niewchłaniające, rozm. XL, pakowane po 6 szt. klipsów w magazynku, zamykające naczynia śr. 7-16 mm, zintegrowane zębki walcowate + naprzemienny układ zębów możliwość zastosowania papierowej części magazynku celem dołączenia do dokumentacji pacjenta zawierającą inf: nazwa producenta, nr serii, nr katalogowy i data ważności klipsów?

Odpowiedź:



Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4

Pytanie nr 8 dot. Pakiet nr 1

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku ale w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia lub sercem podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi Zamawiający w pak 1 wymaga, by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z centralnym układem krążenia, posiadały klasę III?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga



Pytanie nr 9 dot. Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pak 1 wyrazi zgodę na użyczenia na czas trwania umowy po 1 sztuce klipsownicy w rozmiarach M, M/L, L oraz XL? Jest to dużo bardziej komfortowe dla użytkownika rozwiązanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie nr 10 dot. Projektu Umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Wzoru Umowy § 7 pkt 2 i 3

Pytanie nr 11 dot. Projektu Umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 8 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od daty otrzymania pisemnej reklamacji” na „...od daty uznania reklamacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 8 ust. 2 Projektu Umowy, który otrzymuje nowe brzmienie.:

„W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do:

- ***usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji lub***
- ***przesłania decyzji o odmowie reklamacji z uwzględnieniem powyższych terminów.”***

Pytanie nr 12 dot. Projektu Umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 2:

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:


2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej części umowy**, o którym mowa w § 6 ust. 1,

b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową - w wysokości **50,00 zł**, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru**

c) w wysokości 50.00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru**

d) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową przedmiotem użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości **50.00**



zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego, brakującego lub niezgodnego towaru**

e) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym niż 12 miesięcy okresem przydatności do użycia, każdorazowo w wysokości **50,00 zł** za stwierdzone uchybienie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji

Pytanie nr 13 dot. Pakiet nr 5

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie sfinkterotomu trójkanałowego jednorazowego użytku z mechanizmem obrotowym, cięciwa monofilament o długości 20 mm lub 25 mm, średnica narzędzia 2.55 mm z końcówką dystalną zwężoną do 2.1 mm z noskiem o długości 5 mm ? Długość narzędzia 2000 mm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035".

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z Zaproszeniem

Pytanie nr 14 dot. Projektu Umowy

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„..., będzie miał co najmniej 8 miesięczny okres przydatności”

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z Zaproszeniem

Pytanie nr 15 dot. Projektu Umowy

Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Zamawiającego na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody, podmiotu tworzącego Zamawiającego oraz po wyrażeniu zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany. Zapis z projektu umowy odpowiada brzmieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej.

Pytanie nr 16 dot. Projektu Umowy

Dotyczy warunków umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:


„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji

Pytanie nr 17 dot. Projektu Umowy

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 2a



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:
„...usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną lub...”

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 18 dot. Projektu Umowy

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli Wykonawca nie usunie wady, braku albo niezgodności towaru z umową w terminie, o którym mowa w ust. 2, reklamację poczytuje się za uznaną a Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych osób prawnych lub fizycznych (tzw. wykonanie zastępcze) w celu realizacji dostawy towaru zgodnego z niniejszą umową. Koszty tzw. wykonania zastępczego będą obciążać Wykonawcę. Zapis § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 19 dot. Projektu Umowy

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1.1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 20 dot. Projektu Umowy

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1.2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 21 dot. Projektu Umowy

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1.2b, c, d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 100zł na 70zł oraz odpowiednio z 50zł na 30zł?

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 22 dot. Projektu Umowy


Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 2.1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca jest w zwłoce w wydaniu towaru lub usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności towaru z umową o 5 dni roboczych ponad terminy określone w umowie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Pytanie nr 23 dot. Projektu Umowy

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 2.1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca trzykrotnie został ukarany za naruszenie tożsamyh obowiązków określonych w umowie, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia dokonania zmiany

Pytanie nr 24 dot. Pakiet nr 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do hemodializy tętnicznych i żylnych w rozmiarze 1,6 oraz 1,8 mm z długością drenu 150 mm oraz długością ostrza 25 mm (bez igieł 1,8 x 3,0-3,2 cm 2,0 x 2,5 cm)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę

Wskazane powyżej zmiany i wyjaśnienia treści Zaprośzenia są wiążące i stanowią jej integralną część. Należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe warunki Zaprośzenia pozostają bez zmian. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.wszkielce.pl nowy załącznik – Załącznik nr 3 do Zaprośzenia - wzór umowy po modyfikacji

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Bzemiański

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magda
mgr Magdalena Wójcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: magdalena.wojcik@wszkielce.pl