

Kielce 24.08.2022 r.

znak sprawy EZ/155/2022/MK

*Do wszystkich zainteresowanych*

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021, poz. 1129) Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa różnego sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy w powiązaniu z art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### Pytanie nr 1- dotyczy Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści hak zgodnie z poniższym opisem?

LP.	Asortyment	Jedn.miary	Ilość
1	Autoklawowalne ramie łamane w dwóch miejscach, umożliwiające ruch i regulację refraktora wątrobowego z klamra do zamocowania ramienia do stołu operacyjnego. Złączka stalowa do uchwycenia retraktora z mechanizmem typu "Quick lock"	Szt.	1
2	Hak Nathansona w rozmiarze S o średnicy 6,5 mm z przyłączem typu "Quick lock"	Szt.	1
3	Hak Nathansona w rozmiarze M o średnicy 6,5 mm z przyłączem typu "Quick lock"	Szt.	1
4	Hak Nathansona w rozmiarze L o średnicy 6,5 mm z przyłączem typu "Quick lock"	Szt.	1
5	Pojemnik sterylizacyjny wym. zewnętrzne 600 x 285 wys. 165mm – bezobsługowy typu Bio Barrier, mata silikonowa typu jeż, 2 tabliczki identyfikacyjne metalowe. Kosz druciany z uchwytami pod kątem 90 stopni wym. 540 x 245 wysokość 100 mm	Kpl.	1

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ.**



**Pytanie nr 2- dotyczy Pakietu 3**

Podany w SIWZ wymiar ekranu to wymiar sztywny czy wymiar minimalny? Wnosimy o zapis: „min. 5,7”

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wymiar ekranu min.5,7, poniżej stosowna modyfikacja Załącznika nr 2.3 Lp.4 do SWZ.**

**Było:**

Wymiar ekranu 5,7” ; 118 x 89 mm

**Jest:**

Wymiar ekranu minimum 5,7

**Pytanie nr 3- dotyczy Pakietu 3**

Czy zamawiający wymaga aby dotykowy ekran był ekranem pojemnościowym czy rezystancyjnym? Ekran rezystancyjny to ekran starego typu – gdzie ekran jest delikatniejszy i należy go mocno naciskać. Ekran pojemnościowy to ekran montowany do współczesnych urządzeń elektronicznych znany np. ze smartfonów lub tabletów.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4- Dotyczy Pakietu 3**

Czy zamawiający wymaga aby opcjonalny WiFi/LAN był wbudowany w aparat jak to się robi współcześnie czy może to być starsze konstrukcyjnie rozwiązanie jako dodatkowe urządzenie montowane na wózku do EKG np. za pomocą rzepa i połączone z aparatem EKG przez port USB.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby aparat posiadał możliwość rozbudowy o zewnętrzny moduł WiFi/LAN.**

**Pytanie nr 5- Dotyczy Pakietu 3**

Wymiary (mm) - 330x270x74 TAK

Konkretne wymiary – wskazują tylko jeden dostępny na rynku model aparatu EKG – wnosimy o zastosowanie zapisu „+/- 50 mm „

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat z tolerancją wymiarów „+/- 5%”**

**Pytanie nr 6- Dotyczy Pakietu 3**

Waga 3,2 kg (z wbudowanym akumulatorem) Konkretna waga – wskazuje tylko jeden dostępny na rynku model aparatu EKG – wnosimy o zastosowanie zapisu „Waga max – 3,2 kg,,

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat z maksymalną wagą aparatu z wbudowanym akumulatorem, 3,2kg.**

**Pytanie nr 7- Dotyczy Pakietu 3**

W SIWZ mamy zapis: „Rodzaj papieru - rolka/ A4 po podłączeniu drukarki pod USB”


Czy zamawiający wymaga połączenia USB z każdą dostępną drukarką czy wyraża zgodę na ograniczenie liczby drukarek do posiadających protokoły PCL5?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje aby aparat współpracował minimum z drukarkami posiadającymi protokoły PCL5.**

**Pytanie nr 8- Dotyczy Pakietu 3**

Prosimy o wyjaśnienie zapisu: „Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce laserowej HP” – patrz pyt. 6 – Każda dostępna drukarka HP czy taka która ma PCL5/6?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.**



**Pytanie nr 9- Dotyczy Pakietu 3**

Wnosimy o wykreślenie zapisu: „Współpraca na dzień składania oferty z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię.” Wskazuje to jednoznacznie na jedno konkretne urządzenie. Jeżeli nie zamawiacie tego oprogramowania wraz z aparatem EKG proponujemy bezpieczny zapis:

„Możliwość rozbudowy o kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię”

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 10- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt 3. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym ekranem graficznym – dotykowym w technologii LED?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 11- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści aparat o przekątnej ekranu 8.9”?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt 5. Czy Zamawiający dopuści ekran o rozdzielczości 892 x 558 pixeli?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 13- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt 9. Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 370 x 325 x 125 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 14- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt 11. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o wadze 3,6 kg?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 15- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt 13. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z szerokością papieru 210 x 297,5 mm? Format A4?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 16- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt 14. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z podajnikiem na papier?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17- Dotyczy Pakietu 3**


Pkt 16. Czy Zamawiający dopuści aparat o prędkości przesuwu papieru 5, 12,5, 25, 50 mm/s?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt 18. Czy Zamawiający dopuści aparat z ilością kanałów 3, 6, 12 ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**



**Pytanie nr 19- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt 24. Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z czułością 2.5, 5, 10, 20 mm/mV i wzmacnieniu dzielonym 10/5 mm/mV?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt 26. Czy Zamawiający dopuści dodatkowe filtry 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz lub 300 Hz?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt 29. Czy Zamawiający dopuści aparat bez sygnału dźwiękowego tętna?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt 47. Zamawiający dopuści próbkowanie 500, 1000 Hz (analiza krzywych EKG) / 75 000 krzywa stymulatora ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt 51. Czy Zamawiający dopuści aparat z przetwarzaniem analogowo-cyfrowym 24 bity?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt. 53 Czy Zamawiający dopuści aparat z zakresem dynamiki różnicowe napięcie przemienne +/- 10mV, przysunięcie napięcia stałego +/- 600mV?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 25- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt 56. Czy Zamawiający dopuści aparat z impedancją wejściową > 50MΩ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 26- Dotyczy Pakietu 3**

Pkt 57. Czy Zamawiający dopuści aparat z tłumieniem sygnału wejściowego > 125dB?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27- Dotyczy Pakietu 3**

Dotyczy SWZ Część 1 punkt 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na poszczególne pakiety od 1 do 5?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, żaden z pakietów nie podlega podziałowi. Poniżej stosowna modyfikacja SWZ części I –wytyczne dla Wykonawcy Informacje o Zamawiającym i przedmiocie zamówienia.**

**Było:**

7. Opis części zamówienia/oferty równoważne :

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

**Jest:**

7. Opis części zamówienia/oferty równoważne :



Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, żaden z pakietów nie podlega podziałowi.

**Pytanie nr 28- Dotyczy SWZ – przedmiotowe środki dowodowe**

Katalogi / ulotki producenta są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na katalogach lub ulotkach producenta, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29- Dotyczy wzoru umowy:**

**Par. 7 ust. 1**

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu wyłączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:


- a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;
- b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;
- c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);
- d. jakiegokolwiek ingerencji osób trzecich;
- e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź,
- f. normalnego zużycia wymienionych części

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie ww. postanowień w dokumencie gwarancji, który zostanie przekazany przy dostawie asortymentu.**

**Pytanie nr 30- Dotyczy wzoru umowy**

**Par. 7 ust. 11**

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania trzeciego do § 3 ust. 4 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z



którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania trzeciego do o następującej treści:

*„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia.**

#### **Pytanie nr 31- Dotyczy wzoru umowy**

##### **Par. 7 ust. 2 a)**

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego, w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 5 dni roboczych.

W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski do 7 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czas naprawy do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski do 7 dni roboczych. Poniżej stosowna modyfikacja wzoru umowy Par. 7 ust. 2 a).**

##### **Było:**

2. W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji lub,

##### **Jest:**

2. W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski do 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji lub,

#### **Pytanie nr 32- Dotyczy wzoru umowy 2**

##### **Par. 7 ust. 3**

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci:

*„Wszystkie naprawy wydłużające się ponad terminy określone w umowie, przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas przestoju, liczony od dnia zgłoszenia wady lub awarii, do dnia przekazania sprawnego urządzenia lub elementu, zespołu, podzespołu urządzenia Zamawiającemu”*


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia.**

#### **Pytanie nr 33- Dotyczy wzoru umowy Pytanie nr 9- Dotyczy Pakietu 3**

##### **Par. 7 ust. 9**

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat. Poniżej stosowna modyfikacja wzoru umowy Par. 7 ust. 9.**



**Było:**

9. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat.

**Jest:**

9. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 7 lat.

**Pytanie nr 34- Dotyczy wzoru umowy**

**Par. 8 ust. 1 pkt. 2) lit. b i c**

Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być ściśle związana z wartością przedmiotu umowy. Wprowadzenie kary wyrażonej sztywną kwotą może nie odzwierciedlać realnego charakteru szkody Zamawiającego i prowadzić do jego bezpodstawnego wzbogacenia. W związku z tym proponujemy zastąpienie kary wyrażonej kwotową karą wyrażoną na poziomie 0,1-0,2% wartości umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 35- Dotyczy wzoru umowy**

**Par. 8 ust. 2**

Wnosimy o obniżenie maksymalnego limitu kar do 15% wartości brutto umowy. Umożliwi to wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 36- Dotyczy wzoru umowy**

**Par. 9 ust. 2 pkt. 1 b i c**

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje wprowadzenie obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, przez dodanie zapisu:

*„Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy min. 7 dniowy termin”.*

Taka konstrukcja chroni interes Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia. Stosowny zapis istnieje we wzorze umowy § 9 Odstąpienie od umowy pkt 4.**

**Pytanie nr 37- Dotyczy wzoru umowy**

**Par. 10**

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, proponujemy modyfikację zapisu w następujący sposób:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.
2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po



zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

**Odpowiedź:** Zamawiający odmawia wprowadzenia proponowanej zmiany. Należy wskazać, iż niniejsze postępowanie jest rozstrzygane w czasie trwającego już od roku stanu epidemii, w związku z czym Strony mają pełną wiedzę na temat sytuacji rynkowej. Należy wskazać, iż ewentualne modyfikacje stosunku zobowiązaniowego związane bezpośrednio z czynnikami wywołanymi siłą wyższą są możliwe na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego – a w tym art. 357(1) k.c. oraz Ustawę z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zamawiający nie stwierdza uzasadnionej potrzeby implementacji tychże podstaw prawnych do treści umowy.

**Pytanie nr 38- Dotyczy RODO**

W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez Wykonawcę do danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Uprzejma prośba o informację czy Zamawiający przewiduje zawarcie takiej umowy i czy wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę?

**Odpowiedź:** Zgodnie z SWZ, stosowny zapis istnieje we wzorze umowy § 12 Postanowienia końcowe pkt 3.

**Pytanie nr 39- Dotyczy Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 63 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy ?

**Odpowiedź:** Nie, zgodnie z SWZ.

**Pytanie nr 40- Dotyczy Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający wymaga świadectwa walidacji ?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga świadectwa walidacji.

**Pytanie nr 39- Dotyczy Pakietu nr 2**

Czy próbki opisane tj. Sarsted Monovette w ilości 28 szt - będą na wyposażeniu Zamawiającego ?

**Odpowiedź:** Wirówka kompatybilna z próbkami Sarsted Monovette, które są na wyposażeniu szpitala tj. próbkowo-strzykawkami z aktywatorem (korek biały) do surowicy na śr.15x75, próbkowo-strzykawkami z aktywatorem (korek biały) do surowicy na 2,7 m krwi śr.11x66, oraz próbkowo-strzykami z cytrynianem sodu (korek zielony) do układu krzepnięcia na 3,0ml krwi śr.11x66. Minimalna ilość próbek na pokładzie podczas wirowania to 28 szt.

Wprowadzone modyfikacje i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część.

Dział Zamówień Publicznych  
mgr Urszula Gierada  
SPECJALISTA

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Sebastian Szaniawski

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach  
Bartosz Stemplewski