



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  
ul. Grunwaldzka 45  
25-736 Kielce  
tel. 41/36-71-301  
fax. 41/34-50-623  
e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)  
[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Kielce *14.09.22* r.

EZ/162/2022/AŁD

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) na „Dostawy materiałów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”, znak sprawy EZ/162/2022/AŁD

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA cz. II

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w Postępowaniu.

#### Pytanie nr 12

##### Dotyczy Pakietu nr 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wielokątowych śrub tulipanowych o średnicach 4.0mm; 4.5mm; 5.0mm; 5.5mm; 6.5mm; 7.5mm; 8.5mm i długościach śrub w zakresie 20-90 mm w zależności od średnicy śruby , śrub o średnicy 9.0mm i 10.0mm w długościach w zakresie 70mm-120mm.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. asortymentu.

#### Pytanie nr 13

##### Dotyczy Pakietu nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śrub wieloosiowych, samogwintujących o średnicach od 5.5mm do 8.5mm ze skokiem co 1mm. Kąt ruchu śruby w głowie +/- 30 stopni, walcowy kształt śruby, podwójny zwój gwintu na śrubie w celu szybszego wprowadzania, długość śrub 25mm-90mm, średnica śrub z zakresie 25-90mm dostępnych w zależności od średnicy śruby .

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie ww. asortymentu.

### PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

W celu wypełnienia dyspozycji z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.


#### NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT WYZNACZA SIĘ NA:

Termin składania ofert: 19.09.2022 r. godz. 9:00

Termin składania ofert: 19.09.2022 r. godz.. 9:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt 24 w SWZ – „**Termin związania ofertą**” i nadaje mu nowe brzmienie tj.:

„**Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.10.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert**”.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45


25-736 Kielce

tel. 41/36-71-301

fax. 41/34-50-623

e-mail: [szpital@wszkielce.pl](mailto:szpital@wszkielce.pl)

[www.wszkielce.pl](http://www.wszkielce.pl)



Wskazane powyżej zmiany i wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Należy je uwzględnić w treści składanych ofert. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [anna.dobrowolska@wszkielce.pl](mailto:anna.dobrowolska@wszkielce.pl)

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
w Kielcach

*Bartosz Stempieński*

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych

*mgr Sebastian Szaniawski*

Dział Zamówień Publicznych

*Anna Łęka-Dobrowolska*  
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-517

e-mail: [anna.dobrowolska@wszkielce.pl](mailto:anna.dobrowolska@wszkielce.pl)