



Kielce 24.10.2022r.

EZ/186/2022/KS

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) na „Zakup i dostawa papierów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepack 11 i 12 o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepack 11 i 12 o rozmiarze 106 mm x 25 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepack 8, 10, 20 o rozmiarze 50 mm x 30 m.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepack 8, 10, 20 o rozmiarze 50 mm x 20 m.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 1 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru nieoryginalnego tj. równoważnego, będącego zamiennikiem papieru oryginalnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6



Pakiet nr 1 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru nieoryginalnego tj. równoważnego, będącego zamiennikiem papieru oryginalnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 1 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do analizatora Biotronic o rozmiarze 112 x 125 mm x 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych bloczków tj. 23 bloczki (po 200 kartek).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 1 poz. 16

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do analizatora Medtronic o rozmiarze 110 x 150 mm x 200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych bloczków tj. 23 bloczki (po 200 kartek).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 1 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 80 x x70 mm x 314 kartek.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 1 poz. 27

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 7 m.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 1 poz. 27

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 15 m.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 1 poz. 29

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 80 mm x 24 m.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 1 poz. 30

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 57 mm x 30 m.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 1 poz. 34

Prosimy o wyjaśnienie czy papier w poz. 34 ma posiadać nadruk czy jest to papier gładki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w poz. 34 aby papier miał nadruk.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 1 poz. 36

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru nieoryginalnego tj. równoważnego, będącego zamiennikiem papieru oryginalnego.



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 1 poz. 37

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do aparatu Edan SE-1201 o rozmiarze 210 x 140 mm x 144 kartki z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych bloczków tj. 23 bloczki (po 144 kartki).

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 1 poz. 39

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Mediana o rozmiarze 80 x 80 mm x 200 kartek.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18

Projekt umowy – par. 9 ust. 1 pkt. 1 lit. a) i pkt. 2) lit. a)

Prosimy o odniesienie kary umownej w wysokości 10% do wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowienia.

Pytanie nr 19

Projekt umowy – par. 9 ust. 1 pkt. 2) lit. b), c), d)

Prosimy o zmianę zapisów umownych dot. kar i wprowadzanie kar wyrażonych % np. 0,5% wartości towaru niedostarczonego w terminie/ reklamowanego/ towaru/ towaru którego dotyczyło uchybienie – za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi w kwocie po 100,00 zł za każdy dzień lub uchybienie niezależnie np. od wartości towaru, którego zwłoka lub uchybienie dotyczy stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Projekt umowy – par. 8 ust. 2

Prosimy o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 5 dni roboczych. Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Pakiet Nr 2

Prosimy o podanie pełnego rozmiaru papieru oraz pełną nazwę aparatu w celu identyfikacji i dopasowania wymaganej składanki.



Czy Zamawiający wymaga 4szt. tego asortymentu, czy 4 opak. np. po 10składanek. Prosimy o sprecyzowanie. Jest to ważna informacja w celu podania ceny jednostkowej zaoferowanego papieru.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 4 opakowania, 1 opakowanie po 150 arkuszy; papier do aparatu EKG MAC5; papier A5 z czerwoną siatką szerokości 205mm.

Pytanie nr 22

Pakiet 1, Pozycja 4, 7, 9, 13, 19, 20

Czy Zamawiający w celu uzyskania wydruków najlepszej jakości oczekuje papierów oryginalnych?

Odpowiedź: Zamawiający dla pozycji nr 7,9,13,19 wymaga papierów oryginalnych.

Pytanie nr 23

Pakiet 1, Pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru Mac 800 140x110x150 z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24

Pakiet 1, Pozycja 24, 25

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru 50x20m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25

Pakiet 1, Pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści papier gładki?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26

Pakiet 1, Pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru 80x25m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27

Pakiet 1, Pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru 50x20m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28

Pakiet 1, Pozycja 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycje 39 i utworzenie z niej odrębnego pakietu? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Karolina Skiba
INSPEKTOR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Sebastian Szaniawski

Z-CIA DYREKTORA
ds. lecznictwa

Krzysztof Bidas

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/30-33-517
karolina.skiba@wszkielce.pl