



Kielce, dnia 14.11.2022 r.

Znak sprawy: EZ/204/2022/UG

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710) na „Dostawę strzykawk jednorazowego użytku dla Oddziałów Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Odpowiedzi na pytania

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1 poz. 3-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z tłokiem w kolorze niebieskim , kolor tłoka nie ma medycznego uzasadnienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 2 poz. 3-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk o pojemności 2/3 ml, 5/6 ml, 10/12ml, 20/24 ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozszerzoną skalę dla odpowiednio - 10 ml do 12ml; - 20ml do 24ml. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 3 Poz. 3-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 100 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań.

Pytanie 4 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań.

Pytanie 5


Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści powszechnie stosowane strzykawki do pomp infuzyjnych polskiej marki Margomed?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki do pomp infuzyjnych, które spełniają poniższe zmodyfikowane parametry.



Było :

L.p.	Producent *	Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy)	Opis
1			Strzykawka jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50/60 ml , typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinań się tłoka. Wkalibrowana lub kompatybilna na podstawie oświadczenia producenta do pomp infuzyjnych firmy Braun, Ascor, Medima, PERFUSOR-space. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce.
2			Strzykawka jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50/60ml , typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinań się tłoka. Wkalibrowana lub kompatybilna na podstawie oświadczenia producenta do pomp infuzyjnych firmy Braun, Ascor, Medima, PERFUSOR-space. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce.



Jest:

L.p.	Producent *	Nazwa handlowa lub/i numer katalogowy * (jeżeli dotyczy)	Opis
1			Strzykawka jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50/60 ml , typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinań się tłoka. Strzykawka wkalibrowana, kompatybilna poświadczona na podstawie oświadczenia producenta strzykawek do pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego firmy Braun, Ascor, Medima, Becton Dickinson, Fresenius. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce.
2			Strzykawka jednorazowego użytku do pompy infuzyjnej, trzyczęściowa, bursztynowa, do podaży leków światłoczułych, koncentryczna, pojemność i skala na cylindrze 50/60ml , typu Luer-Lock. Tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, wyraźne oznakowanie skali, czarna, niezmywalna, jednostronna, skala co 1ml do 60ml, tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, który nie powoduje zacinań się tłoka. Strzykawka wkalibrowana, kompatybilna poświadczona na podstawie oświadczenia producenta strzykawek do pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego firmy Braun, Ascor, Medima, Becton Dickinson, Fresenius. Typ strzykawki i logo producenta na strzykawce.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych, których kompatybilność z pompami infuzyjnymi jest potwierdzona poprzez oświadczenie producenta strzykawek?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 5.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w poz. 3-6 dopuści wycenę za op. a'100 sztuk? Wycena za opakowanie jest korzystniejsza cenowo dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w poz. 3-6 dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną, odpowiednio: 2ml - do 3ml, 5ml - do 6ml, 10ml - do 12ml, 20ml - do 24ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozszerzoną skalę dla odpowiednio - 10 ml do 12ml; - 20ml do 24ml. Pozostałe parametry bez zmian.



Pytanie 9

Czy w poz. 1 można zaproponować więcej niż jeden produkt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowanie więcej niż jednego produktu, ale spełniające wszystkie parametry.

Pytanie 10

Czy w poz. 2 można zaproponować więcej niż jeden produkt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowanie więcej niż jednego produktu, ale spełniające wszystkie parametry.

Pytanie 11 poz. 1-6

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 poz. 1-6

Czy zamawiający dopuści strzykawki pakowane bez kolorystycznego oznaczenia rozmiarów, gdyż rozmiar strzykawki jest wskazany na opakowaniu jednostkowym w postaci cyfry?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Kolorystyka oznakowania rozmiaru znacznie ułatwia pracę personelowi medycznemu.

Jednocześnie Zamawiający przesuwają termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu na 18.11.2022r. do godz. 9:00.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski