



Kielce 14.11.2022 r.

znak sprawy EZ/202/2022/MK

Do wszystkich zainteresowanych

dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710) Przedmiotem zamówienia jest „**Sukcesywna dostawa płynów dezynfekujących wraz z dzierżawą 10 aparatów do hemodializ dla potrzeb Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy w powiązaniu z art. 286 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1- Dotyczy załącznika nr 2 Ocena techniczna pkt.3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o merytoryczne uzasadnienie punktacji dotyczącej metody pomiaru ultrafiltracji. Zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego aparaty do HD mierzące ultrafiltrację metodą objętościową otrzymują 5 pkt, a mierzące metodą przepływową 0 pkt.


Biorąc pod uwagę obie metody to należy nadmienić, że metoda pomiaru ultrafiltracji metodą przepływową mierzy również objętość ultrafiltracji w sposób ciągły, dlatego uważa się je - za metody równoważne.

Poza tym patrząc na dokładność obu metod pomiaru ultrafiltracji to są one również prównywalne, ponieważ błąd dla metody przepływowej wynosi 2,5%, a w przypadku metody objętościowej jest to suma błędu pomiaru pomp oraz błędu cylinderków i jest różna w zależności od producenta aparatu, ale są to wartości zbliżone, żadna z nich nie posiada przewag wpływających na zabieg hemodializy oraz jego wpływ na zdrowie i stan pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. System pomiaru metodą objętościową (wolumetryczną) pozwala na eliminację potencjalnych błędów wynikających z manualnego oznaczenia wielkości ultrafiltracji przez pomiar wielkości ciśnienia przez błonowego TMP oraz przez system czujników przepływowych mierzących i porównujących wielkość przepływu płynu dializacyjnego.

Pytanie nr 2- Dotyczy załącznika nr 2 Ocena techniczna pkt.4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o merytoryczne uzasadnienie punktacji dotyczącej systemu blokowania kół w aparatach do hemodializy. Zgodnie z wymaganiami zamawiającego, 5 punktów otrzymują tylko aparaty posiadające centralną blokadę kół. Jest to rozwiązanie charakterystyczne tylko dla jednego producenta aparatów na rynku Polskim. Biorąc pod uwagę praktyczne aspekty związane z blokowaniem kół, to indywidualny system blokowania kół jest zdecydowanie lepszy i bardziej wygodny dla użytkowników, ponieważ niezależnie z której strony aparatu stoimy to mamy dostęp do



blokady kół (zablokowanie dwóch kół w pełni unieruchamia aparat), przy centralnym systemie blokowania kół tylko stojąc z przodu aparatu taka blokada jest dostępna.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Centralny system blokowania kół wymaga obsługi tylko jednej dźwigni – jednego pedała. Przyciśnięcie jednego pedała jest łatwiejsze i szybsze niż przyciśnięcie kilku pedałów. Parametr Centralny system blokowania kół ma udział jedynie 1/6 w oceny technicznej a ocena techniczna stanowi 20% w kryterium całości oceny, co daje temu parametrowi jedynie 3,33% w kryterium oceny.

Pytanie nr 3-dotyczy zapisów SWZ część I pkt.6 a)

Czy Zamawiający dopuści dostawę 3 sztuk aparatów do dializ do 60 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją zawartą poniżej.

Pytanie nr 4-dotyczy zapisów SWZ część I pkt.6 a)

Czy Zamawiający w SWZ w Części I.6a) dopuści dostawę 3 sztuk aparatów do dializ do 70 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją zawartą poniżej.

Pytanie nr 5-dotyczy zapisów SWZ część I pkt.6 a)

Czy Zamawiający w SWZ w Części I.6a) dopuści dostawę 3 sztuk aparatów do dializ do 80 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6- dotyczy wzoru umowy

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przysłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 2):

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
- 2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
 - a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
 - b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotem użyczenia – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie towaru
 - c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, lub przedmiotem użyczenia, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego/ niezgodnego z umową towaru
 - d) w razie niestaranego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia niż 12 miesięcy, każdorazowo w wysokości 50,00zł za stwierdzone uchybienie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.



MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710), informuje, iż dokonał zmiany treści SWZ.

Zmianie ulega treść SWZ w zakresie Części I – Wytyczne dla Wykonawców w pkt. 6 a) SWZ w następującym zakresie:

Było:

Termin miejsce wykonania zamówienia:

a) Termin realizacji dzierżawy: **48 miesięcy od daty zawarcia umowy. Dostawa aparatów do dializ winna nastąpić w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.**

Zmodyfikowano na:

Termin miejsce wykonania zamówienia:

a) Termin realizacji dzierżawy: **48 miesięcy od daty dostawy przedmiotu dzierżawy. Dostawa 7 aparatów do dializ winna nastąpić w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, kolejne 3 aparaty winne być dostarczone w terminie do 70 dni od daty zawarcia umowy.**

W związku w ww. modyfikacją zmianie ulega treść Załącznika nr 3a do SWZ wzór umowy dzierżawy w zakresie § 3 pkt.1

Zmianie ulega treść SWZ w zakresie Załącznika nr 3a do SWZ wzór umowy dzierżawy w następującym zakresie § 1 pkt.1

Było:

1. Wyzdierżawiający oddaje w dzierżawę **10 aparatów do dializ** (model, producent, rok produkcji), zwany dalej - przedmiotem dzierżawy, na okres **48 miesięcy** od dnia do dnia, których typ, model oraz parametry i warunki techniczne wyspecyfikowane zostały w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

Zmodyfikowano na:

1. Wyzdierżawiający oddaje w dzierżawę **10 aparatów do dializ** (model, producent, rok produkcji), zwany dalej - przedmiotem dzierżawy, na okres **48 miesięcy** od dnia dostawy przedmiotu dzierżawy podanej w protokole odbioru. Typ, model oraz parametry i warunki techniczne wyspecyfikowane zostały w załączniku nr 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy.

Zmianie ulega treść SWZ w zakresie Załącznika nr 3a do SWZ wzór umowy dzierżawy w następującym zakresie § 4 pkt.4

Było:

4. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie Wyzdierżawiającemu przysługują ustawowe odsetki za zwłokę.

Zmodyfikowano na:

4. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie Wyzdierżawiającemu przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie.



Zmianie ulega treść SWZ w zakresie Załącznika nr 3a do SWZ wzór umowy dzierżawy w następującym zakresie § 4 pkt.5

Było:

5. Wyzierżawiający nie może dokonać cesji praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Dzierżawcy.

Zmodyfikowano na:

5. Wyzierżawiający nie może dokonywać przelewu (cesji) wierzytelności przypadającej mu w stosunku do Dzierżawcy na rzecz osób trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody, podmiotu tworzącego Zamawiającego oraz po wyrażeniu zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić wyłącznie w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Jednocześnie Zamawiający w celu wypełnienia dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przesuwa termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Termin składania ofert: 23.11.2022 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 23.11.2022 r. godz. 09:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 26 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 22.12.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski