

Kielce *22* 11.2022 r.

Znak sprawy EZ/200/2022/MW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 tj.) na *Sukcesywne dostawy zużywalnych elementów do zestawów automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach* znak sprawy: EZ/200/2022/MW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA+MODYFIKACJA ZAPISÓW SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 w powiązaniu z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie nr 1 dot. pakiet 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 5 poz. nr 2 dreny kompatybilne z wkładem do strzykawki automatycznej typu Optistar Elite, jednorazowego użytku, sterylne, doprowadzające kontrast o długości 150 cm z trójnikiem i dwoma zastawkami wstrzymującymi?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SWZ. Dreny o długości 150 cm są za krótkie.

Pytanie nr 2 dot. pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw wkładów kompatybilny z wstrzykiwaczem posiadanym przez Zamawiającego w skład którego wchodzi łącznik Y spiralny o długości 250 cm. z dwoma zaworkami bezzwrotnymi

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 3 dot. pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw wkładów do wstrzykiwacza w skład którego nie będzie wchodziło złącze szybkiego napełniania ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4 dot. pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający pod nazwą dreny określa łącznik pojedynczy z jednym zaworkiem bezzwrotnym?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza dreny z jednym i podwójnym zaworkiem bezzwrotnym.

Pytanie nr 5 dot. pakiet nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający określa czy dren powinien zawierać trójnik Y?

Odpowiedź:

Tak, dren powinien zawierać trójnik Y.



Pytanie nr 6 dot. pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania zestaw wkładów kompatybilny z wstrzykiwaczem posiadanym przez Zamawiającego w skład którego wchodzi 2x wkład 100 ml., łącznik Y spiralny o długości 250 cm, 2 x ostrze spike?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza zestawy wkładów o wyżej wymienionych parametrach. Ostrza spike, omyłkowo znalazły się w opisie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 2 poprzez wykreślenie ostrzy z opisu przedmiotu zamówienia tj.:

Było:

Pakiet nr 2 - Materiały zużywalne do wstrzykiwacza EMPOWER MR								
L.p.	Nr katalogowy	Nazwa produktu	Ilość	j.m.	cena jedn. brutto	Stawka VAT	wartość zamówienia brutto	Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
							4*6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Zestaw do sytemu Empower MR: strzykawka typu Fast-Load-2 szt. z niskociśnieniową rurą łączącą i igłami do butelek.	300	zest.			0,00 zł	
Razem							0,00 zł	

Jest:

Pakiet nr 2 - Materiały zużywalne do wstrzykiwacza EMPOWER MR								
L.p.	Nr katalogowy	Nazwa produktu	Ilość	j.m.	cena jedn. brutto	Stawka VAT	wartość zamówienia brutto	Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
							4*6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9



1	Zestaw do sytemu Empower MR: strzykawka typu Fast-Load-2 szt. z niskociśnieniową rurą łączącą.	300	zest.		0,00 zł
Razem					0,00 zł

Pytanie nr 7 dot. pakiet nr 5

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane materiały kompatybilne z posiadany przez Zamawiającego wstrzykiwaczem Optistar Elite były, zgodnie z warunkami gwarancji, certyfikowane przez producenta wstrzykiwacza?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż będący w posiadaniu przez Zamawiającego wstrzykiwacz Optistar Elite nie jest już objęty gwarancją producenta. Zamawiający modyfikuje treść załącznik nr 2 do SWZ tj:

Było:

„Oświadczamy, iż zaoferowane materiały są w pełni kompatybilne z posiadany przez Zamawiającego wstrzykiwaczem Optistar Elite”.

Jest:

„Oświadczamy, iż zaoferowane materiały są w pełni kompatybilne z posiadany przez Zamawiającego wstrzykiwaczem Optistar Elite - kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta wkładów”.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść pkt. 12 c SWZ tj.

Było:

- c) **przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, które winne być załączone do oferty tj.:**

- właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego lub w przypadku wyrobów nie medycznych stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy - wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem którego produktu (pozycji) dotyczą.
- opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, zgodność z normami wskazanymi w formularzu asortymentowo cenowym (załącznik nr 2 do SWZ), z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia, wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem którego produktu (pozycji) dotyczą. Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego,

Jest:



a) przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, które winne być załączone do oferty tj.:

- właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz.974) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego lub w przypadku wyrobów nie medycznych stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy - wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem którego produktu (pozycji) dotyczą.
- **Oświadczenie producenta wkładów o kompatybilności ofertowych wkładów z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem,**
- opisy, katalogi, specyfikacje techniczne z danymi, zgodność z normami wskazanymi w formularzu asortymentowo cenowym (załącznik nr 2 do SWZ), z informacjami potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego dla oferowanego przedmiotu zamówienia, wraz z zaznaczeniem właściwych danych oraz odniesieniem którego produktu (pozycji) dotyczą. Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego,

Pytanie nr 8 dot. pakiet nr 5


Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania w pakiecie nr 5 zestaw wkładów kompatybilny z wstrzykiwaczem posiadanym przez Zamawiającego w skład którego wchodzi: wkład 2x60 ml, łącznik Y spiralny 250 cm z dwoma zaworkami bezzwrotnymi, 2 x ostrze typu spike

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestawy wkładów o wyżej wymienionych parametrach. Ostrza spike, omyłkowo znalazły się w opisie przedmiotu zamówienia dlatego Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 5 poprzez wykreślenie ostrzy z opisu przedmiotu zamówienia tj.:

Było:

Pakiet nr 5 - Materiały zużywalne do wstrzykiwacza Opitstar Elite								
L.p.	Nr katalogowy	Nazwa produktu	Ilość	j.m.	cena jedn. brutto	Stawka VAT	wartość zamówienia brutto 4*6	Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
1	2	3	4	5	6	7	8	9





Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



1	Zestaw do systemu Optistar Elite zawierający: - wkład jednorazowy o pojemności 60 ml (2 szt), - 2 x złącze szybkiego napełniania, - złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o długości min. 230 cm, - 2x Ostrze typu Spike	600	kpl.			0,00 zł
2	Dreny kompatybilne z wkładem do strzykawki automatycznej typu Optistar Elite, jednorazowego użytku, sterylne, doprowadzające kontrast o długości min. 150 cm z jedną zastawką wstrzymującą	50	szt.			0,00 zł
						0,00 zł

Jest:

Pakiet nr 5 - Materiały zużywalne do wstrzykiwacza Optistar Elite								
L.p.	Nr katalogowy	Nazwa produktu	Ilość	j.m.	cena jedn. brutto	Stawka VAT	wartość zamówienia brutto	Deklaracja i/lub certyfikat lub oświadczenie *
							4*6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Zestaw do systemu Optistar Elite zawierający: - wkład jednorazowy o pojemności 60 ml (2 szt), - 2 x złącze szybkiego napełniania, - złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem i zaworkiem zwrotnym o	600	kpl.			0,00 zł	



		długości min. 230 cm,					
2		Dreny kompatybilne z wkładem do strzykawki automatycznej typu Optistar Elite, jednorazowego użytku, sterylne, doprowadzające kontrast o długości min. 150 cm z jedną zastawką wstrzymującą	50	szt.		0,00 zł	
						0,00 zł	

Pytanie nr 9 dot. pakiet nr 2

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do postępowania w pakiecie nr 2 zestaw wkładów kompatybilny z wstrzykiwaczem posiadanym przez Zamawiającego w skład którego wchodzi: wkład 2 x100 ml, łącznik spiralny Y 250 cm z dwoma zaworkami bezzwrotnymi, 2x ostrze typu spike.

Odpowiedź:

Tak, Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie nr 10 dot. pakiet nr 5

Czy w Pakiecie nr 5 poz. 1 Zamawiający dopuści zestaw 2 x strzykawka 60 ml, 2x kolce do napełniania, 1 x zwijany przewód Y90³(230 cm) z pojedynczym zaworem zwrotnym -300 PSI?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.

Pytanie nr 11 dot. pakiet nr 5

Czy zamawiający wymaga aby zaofertowane materiały kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem Optistar Elite były, zgodnie z warunkami gwarancji, certyfikowane przez producenta wstrzykiwacza?

Odpowiedź:


Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie:

1. pakietów nr 1, 2, 3, 5 i 6 poprzez dodanie zapisu:

„Oświadczamy, iż zaofertowane materiały są w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem (nazwa wstrzykiwacza)- kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta wkładów”

2. pakietu nr 4: poprzez dodanie zapisu:



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



„Oświadczamy, iż zaoferowane materiały są w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem Medrad CENTARGO (który objęty jest gwarancją producenta), kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta wkładów”

Jednocześnie w celu wypełnienia dyspozycji art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

NOWE TERMINY SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Termin składania ofert:³⁰.....11.2022 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:³⁰.....11.2022 r. godz. 09:30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje pkt 24 SWZ - Termin związania ofertą, nadając mu brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia ²⁹...12.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

Wprowadzona powyżej modyfikacja zapisów SWZ jest wiążąca i należy ją uwzględnić w treści składanej oferty. W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej ww.bip.wszkielce.pl nowy Załącznik nr 2 pod nazwą Załącznik nr 2 do SWZ po modyfikacji.

Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal formularza do komunikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [magdalena.wojcik@wszkielce.pl](mailto:magdalenawojcik@wszkielce.pl)

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Kielcach
Bartosz Stemplewski

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Magdalena Wojcik
INSPEKTOR

Dział Zamówień Publicznych
tel.: 41/36-71-259, fax: 41/366-00-14
e-mail: [magdalena.wojcik@wszkielce.pl](mailto:magdalenawojcik@wszkielce.pl)

